



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1.2 do SIWZ

ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
1	Minimalne wymagania systemu		
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK	
	Współpraca z bieżniami różnych typów, a także z różnymi ergometrami rowerowymi	TAK	
	Wydruk z EKG z 12 kanałów w czasie rzeczywistym	TAK	
	Podczas badania – monitorowanie 12 odprowadzeń w sekwencjach ekranowych po 3, 6 lub 12	TAK	
	Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 12 odprowadzeń	TAK	
	Ciągłe monitorowanie: czas całkowity badania oraz kolejne etapy	TAK	
	Ciągłe monitorowana i porównywana docelowa i aktualna częstość rytmu serca	TAK	
	Automatyczne ustawianie limitu tętna	TAK	
	Monitorowane ciśnienie tętnicze	TAK	
	Automatyczna analiza arytmii	TAK	
	Bieżąca analiza odcinka ST w stosunku do zapisu wyjściowego	TAK	
	Trwale zaprogramowane typowe protokoły badań np. Bruce'a itp.	TAK	
	Możliwość modyfikacji protokołów i dodawania nowych	TAK	
	Wbudowany moduł „spline” (zabezpieczenie przed falowaniem EKG)	TAK	
	Możliwość różnego ustawiania punktu „J”	TAK	
	Automatyczna kalkulacja METS	TAK	
	Możliwość wpisywania uwag w trakcie badania i komentarza własnego	TAK	
	Dowolnie konfigurowany raport końcowy	TAK	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	Archiwizacja badań na dowolnych nośnikach	TAK	
	Możliwość tworzenia oddzielnych katalogów dla różnych lekarzy	TAK	
	Pełne bezpieczeństwo pacjenta oraz eliminację większości zakłóceń zapewnia światłowodowe połączenia modułu pacjenta z komputerem	TAK	
	Moduł pacjenta odporny na defibrylację	TAK	
	Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa	TAK	
	Współpraca siecią LAN i Internetem	TAK	

Oświadczam, że zaoferowany aparat posiada w/w parametry.

W załączenia, firmowe materiały informacyjne aparatu.

.....

Data i podpis Wykonawcy