



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1.4 do SIWZ

KTG

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
	Kolorowy ekran dotykowy TFT	TAK	
	Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny	TAK	
	Zakres pomiarowy min. US 50 ÷ 240 bpm	TAK	
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu	TAK	
	Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤2 MHz	TAK	
	Częstość powtarzania 3 kHz	TAK	
	Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków 28 bpm	TAK	
	Monitorowanie tętna matki (MHR)	TAK	
	Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio	TAK	
	Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dot. monitorowania bliźniaków)	TAK	
	Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco - 1 szt i przetwornik Cardio - 1 szt	TAK	
	Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika	TAK	
	Wodoszczelność przetworników (głowic) IP68	TAK	
	Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki	TAK	
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu	TAK	
	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco	TAK	
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy	TAK	
	Przetwornik Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci	TAK	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	optycznego elementu sygnałowego (dioda LED)		
	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie	TAK	
	Wprowadzenie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY	TAK	
	Wydruk badania zawierające minimum: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - wiek ciążowy	TAK	
	Kompaktowa obudowa	TAK	
	Podstawa jezdna pod aparat	TAK	

Oświadczam, że zaoferowany aparat posiada w/w parametry.
W załączenia, firmowe materiały informacyjne aparatu.

.....

Data i podpis Wykonawcy