



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1.5 do SIWZ

FOTEL DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
	Fotel sterowany elektrycznie za pomocą pilota	TAK	
	Niska pozycja startowa ułatwiająca zajęcie miejsca	TAK	
	Regulacje ustawień fotela od pozycji Trendelenburga do pozycji szokowej	TAK	
	System wsporników nóg i podróżników ze zintegrowanymi podłokietnikami do wygodnej i prawidłowej pozycji podczas badania	TAK	
	Gładkie i zamknięte powierzchnie, ułatwiające utrzymanie czystości i higieny	TAK	
	Pamięć ustawień umożliwia zapamiętanie min. 3 dowolnych pozycji fotela i przywrócenie ich w dowolnej chwili	TAK	