



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, www.pwikgizycko.pl,
e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl, tel. 87 4299181

DI.02-D/10/18

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu pisemnego, nieograniczonego na:

„Dostawę dwóch fabrycznie nowych autospamlerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”.

(prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielenia podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380))

Giżycko dn. 29.08.2018 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.*), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku zwanego dalej Regulaminem oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (*t.j. Dz. U. 2016, poz. 380*).
- 3) CPV: 38.50.00.00 –
Aparatura kontrolna i badawcza
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty).
- 5) „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgizycko@home.pl;
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kraśniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
 - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
 - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
 - f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konse-

- kwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa dwóch fabrycznie nowych autosamplerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”.

Zamówienie składa się z 2-ch części, tj.:

Część I.

Autosampler do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych.

1. Wymagane parametry techniczne urządzenia:

- a) Automatyczny aparat do poboru reprezentatywnych próbek ścieków surowych wewnątrz standardowych studzienek kanalizacyjnych, o średnicy wjazdu 600mm)
- b) Pobór próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997.
 - pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z przepływomierza zewnętrznego)
 - prędkość poboru prób na linii od miejsca poboru do butelki **>0,5m/s**, w celu zapobieżenia rozdzieleniu faz oraz sedymentacji zanieczyszczeń w linii poboru i komorze pomiarowej
 - średnica wewnętrzna linii poboru prób od miejsca poboru do butelki **>9,0mm**, w celu ograniczenia ryzyka zapchania linii poboru
 - pompa perystaltyczna umożliwiająca pobór prób z głębokości nie mniejszej niż 8 m
- c) Pobór próbek zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury.
- d) Program pobierania próbek średniodobowych:
 - proporcjonalnie do przepływu,
 - proporcjonalnie do czasu,
 - pobór w zależności od przekroczenia lub alarmu np. przekroczona wartość pH.

- e) Możliwość ustalenia indywidualnych objętości pobieranej podpróbki w każdym z 3 programów (ppkt. d).
 - f) Próbkę pobierane za pomocą pompy perystaltycznej.
 - g) Wbudowana lodówka umożliwiająca schłodzenie do pobieranych ścieków.
 - h) Moduł do pomiaru temperatury pobieranych próbek oraz pH.
 - i) Możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe moduły pomiarowe, czujniki, sondy pomiarowe.
 - j) Obudowa odporna na działanie promieni UV, siarkowodoru.
 - k) Możliwość monitoringu temperatury komory przechowywania próbek.
 - l) Możliwość drukowania raportów dotyczących pobieranych próbek: daty rozpoczęcia czasu, ilości podróbek, pH i temperatury pobieranych podróbek.
 - m) 1 butla z polietylenu do 10 litrów oraz karuzela zawierająca 24 butelki
 - n) Menu w języku polskim.
 - o) Autosampler powinien zawierać akumulator o dużej pojemności umożliwiający pracę w terenie przez okres nie krótszy niż 4 dni.
 - p) Przykładowy raport z autosamplera w formie elektronicznej lub papierowej dołączony do specyfikacji oferowanego sprzętu.
 - Gotowy raport nie powinien potrzebować dodatkowej obróbki danych, powinien mieć formę raportu gotową do wydruku.
 - q) Drogi transmisji danych do komputera: RS 232 (MODBUS RTU/ASCII) oraz równolegle przez sieć ethernet MODBUS TCP/IP, a także 3G/GSM MODBUS TCP/IP parametry nie gorsze niż (OnCell G3111/G3151-HSPA firmy MOXA) z możliwością pracy przy zasilaniu awaryjnym z akumulatora. Modemy powinny być dostarczone łącznie z programem obsługującym przesył danych z odpowiednimi licencjami na nie mniej niż 2 komputery.
 - Funkcje transmisji danych można zrealizować za pomocą dwóch różnych modemów: RS232 na Ethernet, oraz RS 232 na GSM.
 - Urządzenie może również posiadać wyżej wymienione funkcje jako wyposażenie stałe.
2. Dodatkowe wymagania.
- a) zawartość raportu pobieraka:
 - godzinę i datę uruchomienia pobieraka,
 - numer urządzenia,
 - miejsce pobierania próbek,
 - objętość pobieranej podpróbki,
 - czas pobrania podpróbki,
 - pH i temperaturę pobieranej podpróbki,
 - temperaturę w lodówce pobieraka w czasie pobierania podpróbki,
 - identyfikację czy próbka pobrana zgodnie z przepływem czy proporcjonalnie do czasu,
 - liczbę próbek pobranych,
 - zaznaczenie czasu zakończenia pracy pobieraka (data, godzina).
 - b) wzorcowanie modułów pomiarowych (dołączone świadectwo wzorcowania),
 - wzorcowanie w laboratorium akredytowanym modułu temperatury w temperaturze 5°C, 10°C, 25°C,
 - wzorcowanie w laboratorium akredytowanym modułu pH w punktach pH=6,0, pH=8,0, pH=10,0
 - c) wymagany okres gwarancji – min. 24 m-ce,
 - d) warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat.

Część II.

Autosampler do poboru próbek ścieków

1. Wymagane parametry techniczne urządzenia:
 - a) Automatyczny aparat do poboru reprezentatywnych próbek ścieków surowych i oczyszczonych.
 - b) Pobór próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997.

- przechowywanie prób w ciemności w temperaturze **od 0 do 4°C** podczas całego cyklu poboru prób
 - **pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu** (sygnał z przepływomierza zewnętrznego)
 - prędkość poboru prób na linii od miejsca poboru do butelki **>0,5m/s**, w celu zapobieżenia rozdzieleniu faz oraz sedymentacji zanieczyszczeń w linii poboru i komorze pomiarowej
 - średnica wewnętrzna linii poboru prób od miejsca poboru do butelki **>9,0mm**, w celu ograniczenia ryzyka zapchania linii poboru.
- c) Pobór próbek zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury.
- d) Program pobierania próbek średniodobowych:
- proporcjonalnie do przepływu,
 - proporcjonalnie do czasu,
 - pobór w zależności od przekroczenia lub alarmu np. przekroczona wartość pH.
- e) Możliwość ustalenia indywidualnych objętości pobieranej podpróbki w każdym z 3 programów (ppkt. d).
- f) Próbkę pobierane za pomocą pompy perystaltycznej.
- g) Wbudowana lodówka kompaktowa zapewniająca schłodzenie do temperatury od +1°C do +5°C.
- h) Moduł do pomiaru temperatury pobieranych próbek oraz pH.
- i) Możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe moduły pomiarowe, czujniki, sondy pomiarowe.
- j) Obudowa odporna na działanie promieni UV, siarkowodoru.
- k) Możliwość monitoringu temperatury komory przechowywania próbek.
- l) Możliwość drukowania danych, czasu rozpoczęcia i zakończenia próbkowania, raport o błędach.
- m) 1 butla z polietylenu do 10 litrów oraz 24 x 1 litr
- n) Wymiary urządzenia nieprzekraczające 80x40x70 cm (dł.x szer.x wys)
- o) Autosampler powinien zawierać akumulator o dużej pojemności umożliwiający pracę w terenie przez okres nie krótszy niż 4dni.
- p) Menu w języku polskim.
- q) Przykładowy raport z autosamplera w formie elektronicznej lub papierowej dołączony do specyfikacji oferowanego sprzętu.
- Gotowy raport nie powinien potrzebować dodatkowej obróbki danych, powinien mieć formę raportu gotową do wydruku.
- r) Drogi transmisji danych do komputera: RS 232 (MODBUS RTU/ASCII) oraz równolegle przez sieć ethernet MODBUS TCP/IP, a także 3G/GSM MODBUS TCP/IP parametry nie gorsze niż (OnCell G3111/G3151-HSPA firmy MOXA) z możliwością pracy przy zasilaniu awaryjnym z akumulatora. Modemy powinny być dostarczone łącznie z programem obsługującym przesył danych z odpowiednimi licencjami na nie mniej niż 2 komputery.
- Funkcje transmisji danych można zrealizować za pomocą dwóch różnych modemów: RS232 na Ethernet, oraz RS 232 na GSM.
 - Urządzenie może również posiadać wyżej wymienione funkcje jako wyposażenie stałe.
2. Dodatkowe wymagania:
- a) Raport z pobieraka musi zawierać:
- godzinę i datę uruchomienia pobieraka,
 - numer urządzenia,
 - miejsce pobierania próbek,
 - objętość pobieranej podpróbki,
 - czas pobrania podpróbki,
 - pH i temperaturę pobieranej podpróbki,
 - temperaturę w lodówce pobieraka w czasie pobierania podpróbki,
 - identyfikację czy próbka pobrana zgodnie z przepływem czy proporcjonalnie do czasu,

- liczbę próbek pobranych,
 - oznakowanie do jakiej butelki pobrana podpróbka czy do 1 zbiorczej czy do karuzeli (24 butelek),
 - zaznaczenie czasu zakończenia pracy pobieraka,
- b) wzorcowanie modułów pomiarowych (dołączone świadectwo wzorcowania)
- wzorcowanie w laboratorium akredytowanym modułu temperatury w temperaturze 5°C, 10°C, 25°C,
 - wzorcowanie w laboratorium akredytowanym modułu pH w punktach pH=6,0, pH=8,0, pH=10,0
- c) wymagany okres gwarancji:
- gwarancja min. 24 m-ce
- d) warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:
- dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat,

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia, tj. 2 części lub na jedną z wybranych części.

IV. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **30 listopada 2018 r.**

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. V Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie - wg zał. nr 3.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę za wykonanie zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI Dokumentacji przetargowej.

VIII. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców:

1. do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

XI. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

XII. OKRES RĘKOJMI

Wymagany okres rękojmi - **min. 5 lat** na wbudowane materiały i wykonane roboty.

XIII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę netto za realizację zamówienia (wraz z transportem pobieraka(ów) do siedziby Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, Bystry 25).
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.

XIV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XV. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJ-KORZYSTNIEJSZEJ.

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

- 1) Cena: 100% - minimalizacja,

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty należy składać do dnia **07.09.2018 r. do godziny 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:*

Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę dwóch fabrycznie nowych autospamlerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”

nie otwierać przed 07.09.2018 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XVII. OTWARCIE OFERT

Nastąpi w dniu **07.09.2018 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca w przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) ma obowiązek dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem.
2. Pytania zgłaszane do Zamawiającego mogą być złożone w następujących formach:
 - a) papierowej (listownie lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego),
 - b) faksem,
 - c) drogą elektroniczną (e-mail).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XVII. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Renata Cielecka – tel. (87) 429 33 77

Uwaga:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 12 ust. 2-3 Regulaminu.

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

XXII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Projekt umowy (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....

e-mail: _____

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „Dostawa dwóch fabrycznie nowych autospamlerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę netto w złotych [PLN]:

I część* - Autosampler do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych (*typ, model*).

cena nettozł + należny podatek VAT.

słownie zł: + należny podatek VAT.

II część* - Autosampler do poboru próbek ścieków (typ, model).

cena nettozł + należny podatek VAT.

słownie zł: + należny podatek VAT.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2018 r.
4. Okres gwarancji: liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
6. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾
8. Załączniki do oferty:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

miejscowość, data

.....

podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia, to należy w wolne pola wpisać „nie dotyczy” lub je wykreślić.

UMOWA Nr **DI.02-D/10/18** - PROJEKT

zawarta w dniu2018 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym, a

.....
reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych autospamlerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”, tj.:
 - 1) Autosampler do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych (*typ,model*).
 - 2) Autosampler do poboru próbek ścieków (*typ,model*).
2. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
 - a) umowa na wykonanie dostawy,
 - b) dokumentacja przetargowa,
 - c) oferta Wykonawcy
3. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.
4. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do **30.11.2018 r.**

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie, które wyraża się kwotą:
 - 1) Autosampler do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych (*typ,model*)
netto: zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.
 - 2) Autosampler do poboru próbek ścieków (*typ,model*)
netto: zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z dostawą do siedziby Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o w Giżycku, Bystry 25).

2. Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakikolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to nie może to stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne potwierdzenie wykonania dostawy.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnego z dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą.
2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz z częściami zamiennymi.

§ 6.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół.
2. Od daty odbioru przedmiotu zamówienia rozpoczyna swój bieg termin gwarancji.

§ 7.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Należność fakturę nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,1%** wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 + należny podatek VAT, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia określonego w § 3, ust.1 + należny podatek VAT, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
 - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1 + należny podatek VAT.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Udzielona gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres **24 miesięcy** licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 10.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
8. mami w tym zakresie.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy