

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-D/10/18

Giżycko, dn.06.09.2018 r.

Dotyczy: przetarg pisemny nieograniczony na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych autosamplerów do poboru próbek ścieków do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do przetargu od jednego z Wykonawców:

1. Pytanie do pkt. 1, ppkt. m.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autosamplera z 1 butelką zbiorczą o poj. 10l oraz zestawem 14 butelek o poj. 1l?

2. Pytanie do pkt.1, ppkt. r.

Czy Zamawiający dopuszcza autosampler umożliwiający transmisję danych do komputera z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz modemu o parametrach nie gorszych niż wymieniony w SiWZ w obu opcjach tj.: kablowo po złączu RS232/USB oraz RS232 na GSM lub Ethernet, jednak nie w tym samym czasie?

Odpowiedź na poniższe pytania jest kluczowa do złożenia oferty przetargowej. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w dniu jutrzejszym, która to umożliwi nam wzięcie udziału w postępowaniu lub przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autosamplera z 1 butelką zbiorczą o poj. 10l oraz zestawem 14 butelek o poj. 1l

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający dopuszcza autosampler umożliwiający transmisję danych do komputera z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz modemu o parametrach nie gorszych niż wymieniony w SiWZ w obu opcjach tj.: kablowo po złączu RS232/USB oraz RS232 na GSM lub Ethernet, jednak nie w tym samym czasie.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz