



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. w Giżycku  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, [www.pwikgizycko.pl](http://www.pwikgizycko.pl),  
e-mail: [inwestycje@pwikgizycko.pl](mailto:inwestycje@pwikgizycko.pl), tel. 87 4299181, fax 87 4299170

DI.02-D/07/19

## DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla  
Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku  
(prowadzonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> kodeksu cywilnego i następne)

po zmianach dokonanych w dniu 07. 11. 2019 r.

Giżycko dn. 31.10.2019 r.

Zatwierdzam:

**PROKURENT**

*mgr inż. Mirosław Tchórzewski*

.....

## I. Rodzaj zamówienia.

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem, które nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30000 euro.
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 70<sup>1</sup> i następnego kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i o wiadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępuje do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na ten okoliczności Wykonawca złoży stosowne pismo o wiadczenie (**pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty**).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
  - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: [pwikgizycko@home.pl](mailto:pwikgizycko@home.pl);
  - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Krawiecka, kontakt na e-mail: [daneosobowe@pwikgizycko.pl](mailto:daneosobowe@pwikgizycko.pl), pisać na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
  - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
  - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
  - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
  - f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawę, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;
  - g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - h) posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);

- na podstawie art. 18 RODO prawo odmowa od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

## II. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium Rodowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.  
CPV: 42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym.
- 2) opis parametrów technicznych urządzenia:
  - a) wymiary zewnętrzne zmywarki : szer. do 630 mm, gł b. do 600 mm, wys. do 850 mm,
  - b) wymiary komory myjącej nie mniejsza niż : 530 mm, gł b. 490 mm, wys. 530 mm,
  - c) obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej,
  - d) urządzenie wolnostojące, ładowana od przodu,
  - e) komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem),
  - f) 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 3cm,
  - g) mycie iniekcyjne na dwóch poziomach,
  - h) modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym,
  - i) wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem,
  - j) wbudowana suszarka gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 50-95°C) wyposażona w filtr powietrza HEPA (suszarka podgrzewanie elektryczne),
  - k) możliwość podłączenia 2 zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych zapas środków myjących na około 100 my,
  - l) 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg),
  - m) 1 pompa do płynnych środków,
  - n) moduł dozujący do alkalicznych detergentów w płynie i środków dezynfekujących oraz neutralizujących,
  - o) pompa perystaltyczna, regulowana za pomocą elektronicznych sterowników automatu myjącego dezynfekującego z długim syfonem (300 mm) do kanistrów 5 L i 10 L z kontrolką poziomu napełnienia. Długość kabla łączącego: min. 3.00, długość wąża ssącego min. 1.80 m. Z wbudowaną funkcją kontroli dozowania z normą EN ISO 15883,
  - p) wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, błędów i komunikatów,

- q) wbudowany zmierzacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją zło a podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny),
- r) kondensator pary,
- s) elektryczna blokada drzwi,
- t) automatyczne sterowanie wyposażone w minimum 3 programów do różnego rodzaju zabrudzeń, z możliwością modyfikacji parametrów mycia oraz wprowadzania własnych programów,
- u) możliwość termicznej dezynfekcji,
- v) system iniekcyjnego mycia i płukania szkła o wszystkich szybkach,
- w) płukanie końcówce szkła laboratoryjnego w wodzie dejonizowanej,
- x) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku lub przekroczenia doprowadzającego - wyłącznika urządzenia,
- y) wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średnia nie mniejsza niż 600 l/min., grzałki poza komorę mycia,
- z) urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załącznik deklaracji producenta), klasa ochrony IP21,

### 3) Wyposażenie zmywarki:

- 1 x Górny kosz/laweta, o wymiarach nie mniejszych niż wys. 141, szer. 528, gł. 525 mm, otwarty przód, z dwoma zaworami dokujcymi, samouszczelniającymi się do mocowania modułów wytryskowych do mycia i suszenia iniekcyjnego z możliwością zamontowania różnych modułów,
- 1 x Dolny kosz/laweta, o wymiarach nie mniejszych niż wys. 154, szer. 528, gł. 566 mm, otwarty przód, z dwoma zaworami dokujcymi, samouszczelniającymi się do mocowania modułów wytryskowych do mycia i suszenia iniekcyjnego z możliwością zamontowania różnych modułów,
- Moduły do koszy:
  - 2 x moduł 3x6 do mycia szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych do umieszczenia w koszu dolnym o wymiarach nie mniejszych niż wys. 205, Szer. 220, Gł. 479 mm. Składający się z minimum:
    - ✓ 9 x dysza iniecyjna (min. 4 x 90 mm),
    - ✓ 9 x dysza iniecyjna (min. 4 x 185 mm),
  - 1 x moduł 2x4 do mycia szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych. O wymiarach nie mniejszych niż wys. 241, Szer. 200, Gł. 479 mm. Składający się z minimum:
    - ✓ 4 x dysza iniecyjna (min. 6 x 110 mm),
    - ✓ 6 x dysza iniecyjna (min. 6 x 210 mm),
  - 1 x moduł do mycia fiolek na minimum 96 miejsc, o wymiarach nie mniejszych niż wys. 130, szer. 222, gł. 471 mm.,
- 2 x ramka stabilizująca szkło laboratoryjne podczas procesu mycia i dezynfekcji do modułu iniekcyjnego 3x6,
- 1 x ramka stabilizująca szkło laboratoryjne podczas procesu mycia i dezynfekcji do modułu iniekcyjnego 2x4,
- zestaw do produkcji wody dejonizowanej z dodatkowym punktem poboru wody o klasie czystości nie niższej niż II stopień, umożliwiający min. obsługę 3-ch cykli mycia, bezpośrednio jedno po drugim.

### 4) Wymagania dodatkowe:

- a) instrukcja obsługi w języku polskim,
- b) wymaga się aby do oferty była dołączona wizualizacja elektroniczna proponowanej zmywarki,
- c) transport do Laboratorium Rodowiskowego w Giżycku, rozładunek, wniesienie i montaż, w tym podłączenie do mediów w laboratorium,

- d) przeszkolenie personelu, w tym przeprowadzenie rozruchu zmywarki wraz ze szkłem, procesem dezynfekcji i suszenia na miejscu w laboratorium,
- e) gwarancja minimum 24 miesiące, z zapewnionym serwisowaniem gwarancyjnym,
- f) zapewniony serwis pogwarancyjny oraz części zamienne przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji.

### III. Termin realizacji.

Termin wykonania dostawy: do 20 grudnia 2019 r..

### IV. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca podaje na formularzu ofertowym cenę netto, bez podatku od towarów i usług (VAT) za realizację przedmiotu zamówienia wraz z transportem do Zamawiającego (Laboratorium rodowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku, Bystry 25, 11-500 Giżycko).
2. W cenie oferty należy uwzględnić podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dostawa podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### V. Kryteria wyboru ofert:

*Cena netto 100 % - najniższa cena*

### VI. Sposób rozliczenia za wykonanie zamówienia.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

### VI. Termin składania ofert.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **12.11.2019 r. do godz. 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres:

*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6; 11-500 Giżycko.* Koperta winna być opisana w następujący sposób:

*Oferta przetargowa: dostawa zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium rodowiskowego  
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku*

**Nie otwierać przed 12.11.2019 r., godz. 12:20**

*Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy*  
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

### VIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.11.2019r. o godz. 12:20** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

### IX. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.

1. Waldemar Tafil, tel. (087) 4299181.
2. Renata Cielecka, tel. (87) 4293377.

#### **X. Zawartość oferty**

Oferta złożona przez Wykonawcę winna być przygotowana wg poniższego schematu i zawiera następujące informacje:

1. Wypełniony formularz ofertowy zawierający wszystkie elementy zał. nr 1,
2. Oświadczenie Wykonawcy.

#### **XI. Ważność ofert.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

#### **XII. Wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XIII. Koszty opracowania i złożenia ofert.**

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

#### **XIV. Zmiany w dokumentacji przetargowej.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w dokumentacji przetargowej w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. O dokonanych zmianach będzie niezwłocznie powiadomieni Wykonawcy.

#### **XV. Unieważnienie przetargu.**

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

#### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy załącznik nr 1
2. Projekt umowy – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3.

**FORMULARZ OFERTOWY**

przetargu prowadzonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> kodeksu cywilnego i nast. pne

**Dane dotycz ce Zamawiaj cego**

Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-500 Gi ycko, ul. Obwodowa 6

**Zobowi zanie Wykonawcy**

FIRMA : .....

Z SIEDZIB W ..... PRZY UL. ....

NUMER REGON .....

NIP .....

- działaj c na podstawie wpisu do .....

e-mail: .....

Zobowi zuj si do wykonania dostawy fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej

..... dla Laboratorium rodowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Gi ycko

(Producent, typ)

za cen netto: ..... zł + podatek VAT naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, wraz z transportem do Zamawiaj cego

słownie zł netto: ..... + podatek VAT naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

1. O wiadczy, e zapoznali my si z dokumentacj przetargow i nie wnosimy do niej zastrze e oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. O wiadczy, e cena oferty zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem zamówienia, tak e te nie wymienione w dokumentacji przetargowej, a niezb dne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Zobowi zujemy si wykonywa przedmiot zamówienia w terminie do: .....
4. O wiadczy, e akceptujemy proponowany przez Zamawiaj cego projekt umowy i zobowi zujemy si do jej zawarcia w przypadku wyboru naszej oferty.
5. Udzielamy ..... miesi cznej gwarancji na przedmiot zamówienia i zapewniamy serwis gwarancyjny.
6. Zapewniamy serwis pogwarancyjny oraz cz ci zamiennie przez .....lat od dnia zako czenia okresu gwarancji.
7. O wiadczy, e wypełniłem obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub po rednio pozyskałem w celu ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym post powaniu.<sup>2</sup>

.....  
(imi i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

<sup>1)</sup> rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo rednio jego dotycz cych lub zachodzi wył czenie stosowania obwi zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre ci o wiadczenia wykonawca nie składa o wiadczenia (usuni cie tre ci o wiadczenia np. przez jego wykre lenie).

<sup>3)</sup> Je eli Wykonawca nie składa oferty na dan cz zamówienia, to nale y w wolne pola wpisa „nie dotyczy” lub je wykre li .

## Umowa nr DI.02-D/07/19 - PROJEKT

zawarta w Giżycku, w dniu .....2019 r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku NIP 845-10-02-258, Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967.

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, który reprezentuje:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor  
z jednej strony, a Firm :

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

1 .....

na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.11.2019 r. została zawarta umowa następującej treści:

## § 1

**Przedmiot umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej

..... dla Laboratorium środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.

(producent, typ)

## § 3

**Termin realizacji umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 20 grudnia 2019 r..

## § 4

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi:

..... zł + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z transportem do Zamawiającego.

Słownie zł: ..... + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

## § 5

**Terminy płatności**

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek *Wykonawcy*:

.....

## § 6



## **Załączniki do umowy**

1. Dokumentacja przetargowa.
2. Oferta Wykonawcy.

### **§ 7**

#### **Warunki gwarancji**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą wraz z uzasadnieniem dostarczy Wykonawca.

### **§ 8**

#### **Kary umowne**

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiający może zastosować kary umowne w stosunku do Wykonawcy za opóźnienie lub za zwłokę w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.
3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w płatności za zrealizowane zamówienie w wysokości określonej przepisami ogólnymi za każdy dzień zwłoki.

### **§ 9**

#### **Zmiany treści umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
  - 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, a wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
  - 2) zgłoszenia przez Wykonawcę lub inny podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
  - 3) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a opóźnienie trwa dłużej niż dwa tygodnie.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Prawo odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu odbioru.
5. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:
  - a) okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zamawiającego,
  - b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
  - c) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy a zostanie uznane przez Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie spowoduje wstrzymanie dostawy z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy.
6. Zmiana danych teleadresowych obu stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu uznaje się za skutecznie doręczone.

### **§ 10**

### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie powstania sporów wynikających z umowy będą one rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji.
3. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór rozstrzyga się w siedzibie właściwej miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### **§ 11**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

„O WIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie w terminie określonym w dokumentacji przetargowej.
5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....  
miejsowo , data

.....  
podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy