

Wińsko, dnia 31.10.2017 r.

SPZOZ.271.2.2017

WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa aparatu KTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku”, nr sprawy: SPZOZ.271.1.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa aparatu KTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku**” Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w związku z zapytaniami Wykonawców:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy Załącznika nr 1.4 do SIWZ, parametry wymagane aparatu, punkt 1

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiogramu z dużym, czytelnym wyświetlaczem dotykowym o wielkości co najmniej 12 cali czy też dopuści kardiogramy o mniejszym ekranie? Pragniemy zauważyć, że zastosowanie dużego ekranu pozwala na odczytywanie badanych parametrów oraz trendów z większej odległości, co ułatwia pracę z aparatem i pozytywnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa badanych pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiogramu z wyświetlaczem o wielkości min. 6,5 cala

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczy Załącznika nr 1.4 do SIWZ, parametry wymagane aparatu, punkt 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach tego punktu nie wymaga dostarczenia kardiogramu który będzie wyposażony w funkcję monitorowania tętna matki (MHR), a jedynie będzie miał **możliwość** takiej rozbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia kardiogramu, który będzie wyposażony w funkcję monitorowania tętna matki (MHR), ale będzie miał **możliwość** takiej rozbudowy.

Pytanie nr 3

1. Pytanie dotyczy Załącznika nr 1.4 do SIWZ, parametry wymagane aparatu

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat KTG posiadał funkcję cyfrowej analizy zapisów KTG, w tym w szczególności aby aparat obliczał mikrooscylacje (short-term variation STV) zgodnie z *ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych?*

Pragniemy zauważyć, że wszystkie kardiokardiofilmy wysokiej klasy mogą być wyposażone w taką funkcję a wprowadzenie takiego wymogu pozwoli Zamawiającemu na zakup kardiokardiofilmu, który znacząco ułatwi analizę i interpretację zapisów KTG oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa badanych pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat KTG posiadał funkcję cyfrowej analizy zapisów KTG, w tym w szczególności aby aparat obliczał mikrooscylacje.

Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ.271.2.2017 i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie [http://spzozwinski.bipstrona.pl/zakladka „zamówienia publiczne”](http://spzozwinski.bipstrona.pl/zakladka_zamowienia_publiczne).

Elżbieta Magda

Dyrektor SPZOZ