

Wińsko, dnia 31.10.2017 r.

SPZOZ.271.3.2017

WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa aparatu KTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku”, nr sprawy: SPZOZ.271.2.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa aparatu KTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku**” Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w związku z zapytaniami Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z rozwiązaniem równoważnym bez regulowanego kąta widzenia? Proponowany aparat KTG renomowanego producenta europejskiego posiada ekran dotykowy o szerokich kątach widzenia z każdego kierunku. Nie potrzebuje więc mechanizmu podnoszenia i opuszczania ekranu LCD co stanowi element konstrukcyjny bardzo wrażliwy na uszkodzenia (przetarcie przewodów sygnałowych, wyłamanie mechanizmu podnoszenia, opuszczania ekranu). Dodatkowo można ustawić inne tło wyświetlacza w zależności od warunków oświetlenia co jeszcze bardziej poprawia czytelność wyświetlanej na ekranie informacji.

Odpowiedź:

Dopuszczenie rozwiązania równoważnego - ekranu dotykowego bez regulowanego kąta widzenia pod warunkiem, że proponowany aparat KTG będzie posiadał ekran dotykowy **LCD o wielkości min. 6,5"** oraz aby zgodnie z treścią zapytania "posiadał ekran dotykowy o szerokich kątach widzenia z każdego kierunku oraz aby możliwe było ustawienie innego tła wyświetlacza w zależności od warunków oświetlenia"

Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ.271.2.2017 i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie [http://spzozwinsko.bipstrona.pl/zakladka „zamówienia publiczne”](http://spzozwinsko.bipstrona.pl/zakladka„zamowienia_publiczne”).

Elżbieta Magda

Dyrektor SPZOZ

