

Głogów, dnia 25.03.2024r.

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy zapytania ofertowego nr MOPS.DA.261.13.2024.P.Sz.

„Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową dla Domu Dziennego Pobytu w Głogowie ul. Słowiańska 28”.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania równoważnego do aparatu Masterplus MP-50. Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga aby urządzenie posiadało dwa kanały wyjściowe do podłączenia np. dwóch głowic. Zaproponowane przez Państwa urządzenie posiada tylko jeden kanał wyjściowy.