



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A

ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw

tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15- 23 fax (82) 576-49-01

sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl



ISO 9001:2008

Znak: ZP/230-14/2022

Krasnystaw, dnia 9.06.2022 r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
którego przedmiotem są materiały do sterylizacji narzędzi –5 pakietów*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pyt.1

Pakiet 1: czy Zamawiający dopuści:

- Gramatura papieru: min 70 g/m²
- Zawartość chlorków (dotyczy papieru): 0,05%
- Zawartość siarczków (dotyczy papieru): 0,25%
- Wytrzymałość na przepuklenie na sucho: 400 kPa
- Wytrzymałość na przepuklenie na mokro: 150 kPa
- Wytrzymałość na rozdarcia: 700 mN
- Liczba warstw łącznie z warstwą klejącą: min. 6 warstw
- Wytrzymałość foli na zrywanie min. 25N/15mm
- Wytrzymałość zgrzewów na rozrywanie: min. 1,5 N/15mm

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Pakiet 1: czy Zamawiający odstąpi od potwierdzenia parametrów przez niezależną jednostkę, i dopuści potwierdzenie wymaganych parametrów na Karcie Danych Technicznych, wystawionych przez producenta?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Pakiet 2: czy Zamawiający odstąpi od potwierdzenia parametrów przez niezależną jednostkę, i dopuści potwierdzenie wymaganych parametrów na Karcie Danych Technicznych, wystawionych przez producenta?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Pakiet 2: czy Zamawiający dopuści papier:
Gramatura papieru: min 60 g/m²

Zawartość chlorków (dotyczy papieru): $\leq 0,02\%$

Zawartość siarczków (dotyczy papieru): $\leq 0,034\%$

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo: $\geq 1,85$ kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzecznie: $\geq 1,35$ kPa

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo: $\geq 0,72$ kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie: $\geq 0,42$ kN/m

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza.

W związku z opracowywaniem pytań, które wpłynęły do w/w postępowania pn. Dostawa sprzętu medycznego” informuje, na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o zmianie treści SWZ w zakresie terminu składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

1) W Rozdziale 13 zmiana ulega ust. 4 i 5:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2022 r. do godz. 9.00.**

ust. 7 otrzymuje brzmienie: **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2022 r. o godz. 9.30.**

2) W Rozdziale 14 zmiana ulega ust. 1:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: **Wykonawca związany jest ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.07.2022 r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski