



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A**



ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl

ZP/230-20/2022

Krasnystaw 05.07.2022 r.

*Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
na dostawę materiałów opatrunkowych oraz zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran*

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3:

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 10cm x 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3:

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zgodnego z opisem, ale z hypoalergicznym klejem kauczukowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4:

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm – pozostałe parametry zachowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 5:

Poz. nr 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zgodnego z opisem, ale pakowanego a' 5 szt. – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 5:

Poz. 15-17 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydroaktywnego opatrunku płuczaco-absorbpcyjnego, spełniającego wymogi SWZ, nasyconego roztworem Ringera, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu

(SAP) pozbawiony substancji antybakteryjnej PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej. Opatrunek spełnia wszystkie wytyczne WUWHS (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran) stawiane opatrunkom NMWD.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w n/w zakresie:

- 1) **Rozdział 13. Składanie i otwarcie ofert pkt. 4** otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 9:00
- 2) **Rozdział 13. Składanie i otwarcie ofert pkt. 5** otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 9:30, za pośrednictwem miniPortalu.
- 3) **Rozdział 14. Termin związania ofertą pkt. 1** otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.08.2022 r.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację.


WYKONAWCA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jurek