

Krasnystaw 2022-07-29

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

- dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej ABL 90 FLEX do SP ZOZ w Krasnymstawie

Zamawiający informuje że do w/w postępowania wpłynęło zapytanie na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące od momentu dostarczenia.

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza odczynniki i materiały Zużywalny z 3 miesięcznym terminem ważności.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzebowski