

FP-Z.28.2022

Krasnystaw 09-09-2022r

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

- dostawę materiałów opatrunkowych i kompresów

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1.

Poz. 2, 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek renomowanego producenta, przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra, zbudowany z hydrokomórkowej pianki poliuretanowej pochłaniającej duże ilości wysięku, obecnie dostarczany do Państwa placówki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opatrunek renomowanego producenta.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający w pakiecie 2 dopuści kompresy pakowane po 3 szt. z sumarycznym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 3 z sumarycznym przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 3

czy w PAKIET 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE poz. nr 8. Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarze: 15cm x 15cm? Niestety opatrunek o danym opisie i wymiarze wymagany przez Zamawiającego nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opatrunek o wymiarach 15 cm x 15 cm.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnystawie
Andrzej Jarzebowski