



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A**



ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl

ZP/230-33/2022

Krasnystaw 18.11.2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 16.11.2022 r.**

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie dokonuje sprostowania do udzielonej w dniu 16.11.2022 r. odpowiedzi na pytanie nr **Pytanie nr 23**. Zamawiający omyłkowo wpisał, iż pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 6 – Materace odleżynowe 10 szt.

Jest:

Pytanie nr 23

PAKIET nr 6 Materace przeciwoleżynowe – 10 sztuk

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac (20 szt.) o poniższych parametrach - Materac z pianki zimnej oraz warstwy górnej, wykonanej z elastycznej pianki viskoelastycznej. Dopasowują się one do kształtu ciała, zapewniają komfortowe rozproszczenie nacisku i doprowadzają dostateczną ilość powietrza. Zapewnia to pacjentowi zdrowy mikroklimat, bez uczucia gorąca. Materac dzięki 7-centymetrowej piance viskoelastycznej i grubości całkowitej wynoszącej 16 cm jest szczególnie pomocny w walce przeciwko odleżynom. Krawędzie materace zostały wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m^3 . Wymiary (szer. $\times$ dł. $\times$ wys.): $87 \times 200 \times 16$ cm. Gęstość objętościowa: $50/40 \text{ kg/m}^3$. Wytrzymałość na ściskanie: 5,0 - krawędzie /podstawa 4,0 kpa, warstwa górna viskoelastyczna-40N. Istnieje możliwość prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75°C . Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95°C oraz suszenia w temperaturze 100°C . Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poprawiono na:

Pytanie nr 23

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac (20 szt.) o poniższych parametrach - Materac z pianki zimnej oraz warstwy górnej, wykonanej z elastycznej pianki viskoelastycznej. Dopasowują się one do kształtu ciała, zapewniają komfortowe rozproszczenie nacisku i doprowadzają dostateczną ilość powietrza. Zapewnia to pacjentowi zdrowy mikroklimat, bez uczucia gorąca. Materac dzięki 7-centymetrowej piance viskoelastycznej i grubości całkowitej wynoszącej 16 cm jest szczególnie pomocny w walce przeciwko odleżynom. Krawędzie materace zostały wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m^3 . Wymiary (szer. $\times$ dł. $\times$ wys.): $87 \times 200 \times 16$ cm. Gęstość objętościowa: $50/40 \text{ kg/m}^3$. Wytrzymałość na ściskanie: 5,0 - krawędzie /podstawa 4,0 kpa, warstwa górna viskoelastyczna-40N. Istnieje możliwość prania całego materaca w

automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75⁰c. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95⁰C oraz suszenia w temperaturze 100 ⁰C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

Andrzej Jarzebowski