

KF-Z.37.2023

Krasnystaw 2023-08-09

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

- dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej ABL 90 FLEX do SP ZOZ w Krasnymstawie

Zamawiający informuje że do w/w postępowania wpłynęło zapytanie na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza odczynniki i materiały zużywalne z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści formę elektroniczną, mailową, podpisaną kwalifikowanym podpisem, jako sposób przedstawienia oferty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski