

KF-Z.47.2023

Krasnystaw 2023-10-16

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku tj. strzykawek 2,ml 5ml, 10ml, 20ml 50ml, 100ml oraz aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie 1, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyodrębni pozycje 4-6 do osobnego zadania nr 3 /zmodyfikowany formularz ofertowy w załączeniu/

Pytanie 2

Zadanie 1, poz. 4,6

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną 50/60 ml

Pytanie 3

Zadanie 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 150 cm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w

Zadaniu nr 1 poz. 1,2,3 strzykawki w rozmiarze 5ml, 10 ml, 20 ml

Zadaniu nr 1 poz. 1, poz. 2 możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 100 szt.

Zadaniu nr 1 poz. 3, możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 80 szt.

Zadaniu nr 1 poz. 3, możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 50 szt.

Zadaniu nr 1 poz. 4, poz. 6 strzykawki w rozmiarze 50/60ml

Zadaniu nr 1 poz. 6 strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową.

Zadaniu nr 2 poz. 1 , poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC.

Zadaniu nr 2 poz. 1 , poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przyrządów z logo identyfikujące przyrząd na zaciskaczu rolkowym.

Zadaniu nr 2 poz. 1 , poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przyrządów bez gumki lub opaski stabilizującej dren wewnątrz opakowania.

Zadanie nr 2 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przyrządu z drenem dł. 150 cm

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

 **Bis**

