



*Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A*



ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl



Znak: ZP-Z.10.2024

Krasnystaw, dnia 06.03.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej metodą Seldingera o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; cewnik przezskórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika (do przyszycia do skóry pacjenta). Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 1 - Zestaw do punkcji jamy opłucnowej dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik przezskórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 1 - Zestaw do punkcji jamy opłucnowej nie dopuszcza zaproponowanego zestawu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik prześkórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 2 - Zestaw do odbarczania płynu z jamy opłucnej dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik prześkórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika (do przyszycia do skóry pacjenta). Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 2 - Zestaw do odbarczania płynu z jamy opłucnej dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 maski tlenowej z rezerwuarem i drenem o długości 2,0 m dla dorosłych ze śladową zawartością ftalanów. Pozostałe zapisy zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 4 - Zestaw do nebulizacji i maski tlenowe nie dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarząbowski