

ZP-Z.58.2024

Krasnystaw 2024-09-19

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

- dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej ABL 90 FLEX do SP ZOZ w Krasnymstawie

Zamawiający informuje że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pragniemy poinformować ,że analizator ABL 90 FLEX PLUS będący na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie posiada gwarancji.

Aby zapewnić Państwu optymalizację opieki serwisowej nad analizatorem , zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na jej przedłużenie.

Wymogiem przedłużenia gwarancji na analizator jest zaoferowanie w formularzu cenowym pakietu serwisowego złotego. Wykupienie raz w roku wymienionego pakietu zapewni: pełną opiekę serwisową (przeglądy, naprawy, części, roboczogodziny, aktualizacje systemu operacyjnego do najnowszej wersji a w przypadku braku takiej możliwości , wymianę aparatu na nowszy o tych samych parametrach.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zakres przedmiotu zamówienia na następujący: *Pakiet serwisowy obejmujący opiekę serwisową (przeglądy, naprawy, części, roboczogodziny, aktualizację systemu operacyjnego do najnowszej wersji a w przypadku braku takiej możliwości wymianę aparatu na nowszy o tych samych parametrach*

Zmodyfikowany formularz ofertowy w załączeniu.

Pytanie nr 2

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 24-04-2024 r. do godziny 14⁰⁰.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące od momentu dostarczenia.

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od dnia dostawy.

Zmodyfikowany formularz ofertowy w załączeniu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

Starszy Inspektor

Andrzej Szymański

Paweł Berezina