

ZP-Z.61.2024

Krasnystaw 2024-09-30

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

- dostawa materiałów do sterylizacji narzędzi II dla SP ZOZ w Krasnymstawie

Zamawiający informuje że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru naprzemiennie pakowanego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Pakiet 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o następującej charakterystyce:

Gramatura papieru: min 60 g/m²

Zawartość chlorków (dotyczy papieru): $\leq 0,02\%$

Zawartość siarczków (dotyczy papieru): $\leq 0,034\%$

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo: $\geq 1,85$ kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzecznie: $\geq 1,35$ kPa

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo: $\geq 0,72$ kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie: $\geq 0,42$ kN/m

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

Starszy Inspektor

Andrzej Szymanski

Specjalista Państwowa Opieka Zdrowotna