

ZP-Z.05.2025

Krasnystaw 2025-02-03

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na: dostawę rękawic diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01 ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,10mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01 ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w op a'250szt (roz. XS-L) oraz op a'240szt (roz. XL) z przeliczeniem do 1440opakowań ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane z dodatkową teksturą na końcach palców ?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w op a'250szt (roz. S-L) oraz op a'240szt (roz. XL) z przeliczeniem do 1440opakowań ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozm. S-XL ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/- 0,01, na dłoni 0,12mm+/- 0,01, w rozmiarze S-XL ?

Odpowiedź

W Zapytaniu ofertowym były tylko 2 zadania.

Pytanie 9 Zadanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim, z teksturą na końcach palców o grubościach – na palcu min 0.08 mm, oraz na dłoni min 0.06 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10 Zadanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubościach – na palcu min 0.17 mm, oraz na dłoni min 0.12 mm. W rozmiarach od S do XL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

INSPEKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu (Ciepła) Zespołowej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarembowski

Starszy Inspektor
Andrzej Szymański

POŁICZONA
Maria Kowalczyk
05001104