

ZP-Z.14.2025

Krasnystaw 2025-03-17

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na: dostawę rękawic diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka – powtórka

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,10mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w op a'250szt (rozm. XS-L) oraz op a'240szt (rozm XL) z przeliczeniem do 1440opakowań?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w op. a'250szt (rozm. XS-L) oraz op. a'240szt (rozm XL) z przeliczeniem do 1440opakowań?

Odpowiedź

Pytanie powtórzone

Pytanie 6 zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/- 0,01, na dłoni 0,12mm+/- 0,01?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S-XL?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 Zadanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z teksturą na końcach palców o grubościach – na palcu min 0.08 mm, oraz na dłoni min 0.06 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 Zadanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w rozmiarach od S do XL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

lek. Grażyna Brych-Pietras
Opiekł Zdrowotny w Kształnym Instytucie
Samodzielnego Publicznego Zespołu
ds. Opiekł Zdrowotnej
p.o.z.-cy D Y R E K T O R A

Starszy Inspektor

Andrzej Szymański