



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZP-Z.39.2025

Krasnystaw 2025-07-07

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na dostawę :

1 szt. Autokeratorefraktrometr, 1 szt. Lampa szczelinowa,

1 szt. Perymetr, 1 szt. Nyktometr

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2, 3, 4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – umowa nr FELU.07.08-IZ.00-0056/24 pn. **„Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”**.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pkt. 4 b) i d) dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający może wykreślić podpunkty b) i d) z uwagi na to, że serwis urządzenia nie będzie takich danych przetwarzał?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem Umowy

Pytanie 2 dot. pkt. 4.5 dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający może zmodyfikować punkt na następujący:

„Przetwarzający będzie przeglądał dane osobowe w celu zrealizowania serwisu”?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje punkt na następujący

Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji serwisu.

Pytanie 3 dot. pkt. 6.3 dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający może wydłużyć termin na przygotowanie i przekazanie Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, do 5 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.



Odpowiedź

Zgodnie z zapisem Umowy

Pytanie 4 dot. pkt. 8.3 dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający może wydłużyć termin poinformowania Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia audytu z 5 dniowym wyprzedzeniem?

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża termin na 5 dniowy i modyfikuje zapis umowy.

Pytanie 5 – dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ , Projektowane postanowienia Umowy § 6 Gwarancja pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie awarii do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 6 – dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ , Projektowane postanowienia Umowy § 6 pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o dostarczenie wyrobu sprzętu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej terminu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 7 – dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ , Projektowane postanowienia Umowy § 6 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:
w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu/ części (w czasie trwania gwarancji) wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację sprzętu oraz związany z tym ciągły brak jego działania, Wykonawca jest zobowiązany do wymienienia na nowy ten sam podzespół/ część.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 8 – dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ , Projektowane postanowienia Umowy § 7 pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wartości kar umownych do 30% wartości netto umowy.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 9– dotyczy Załącznika nr 1 Formularz ofertowy – zadanie PERYMETR do SWZ, Zadanie nr 1/ Paramter/Opis / Pozostałe wymagania , pkt. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Trzykrotna nieskuteczna naprawa tego samego podzespołu w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą podzespołu na nowy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem parametru w Formularzu Ofertowym

Pytanie 10 – dotyczy Załącznika nr 1 Formularz ofertowy – zadanie PERYMETR do SWZ, Zadanie nr 1/ Paramter/Opis / Pozostałe wymagania, pkt. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę tego samego podzespołu na nowy w czasie trwania gwarancji po trzeciej nieskutecznej naprawie tego samego podzespołu ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem parametru w Formularzu Ofertowym

Pytanie 11 dotyczy Załącznika nr 1 Formularz ofertowy – zadanie PERYMETR do SWZ, Zadanie nr 1/ Paramter/Opis / Pozostałe wymagania, pkt. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 8 lat od podpisania protokołu odbioru?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem parametru w Formularzu Ofertowym

Pytanie 12- Zadanie 1 –Perymetr

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

1.	Perymetr statyczny
2.	Promień czaszy pomiarowej 30cm (średnica 60cm)
3.	Zintegrowany z czaszą podbródek pacjenta
4.	Czasza wyposażona w uchwyt do szkieł korekcyjnych
5.	Sterowanie czaszą z zewnętrznego komputera typu PC poprzez złącze USB
6.	Metoda wyświetlania bodźca: -tylna projekcja przez diody emitujące światło
7.	Jasnozielony kolor bodźca o długości fali 565 nm
8.	Ilość punktów testowych: 164 punkty
9.	Zakres badanego pola: 160 °
10.	Wielkość bodźca: III wg. Goldmanna (0,43°)
11.	Luminancja bodźca: od 0,03 asb do 1000 asb
12.	Natężenie oświetlenia oraz krok pomiarowy:
13.	45 poziomów jasności z krokiem 1 db
14.	16 poziomów jasności z krokiem 3 db



15.	Zakres czasu wyświetlania bodźca: od 0,1 sek do 9,9 sek
16.	Oprogramowanie komputerowe posiadające Interface DICOM
	Tryby ustawiania czasu reakcji pacjenta:
17.	Automatyczna adaptacja do czasu reakcji pacjenta
18.	Wybór "reakcja normalna" / "reakcja powolna"
19.	Regulowany przez użytkownika w zakresie od 0,1 do 9,9 sek.
20.	Zakres regulacji czasu przerwy między wyświetlaniem bodźców: od 0,1 sek do 9,9 sek
21.	Oświetlenie tła: 10 asb (3,2 cd/m ²) z automatyczną kontrolą jasności otoczenia.
	Ilość punktów fiksacyjnych:
22.	fiksacja jednopunktowa,
23.	fiksacja czteropunktowa.
	Kontrola fiksacji:
24.	Metoda automatycznej kontroli położenia ślepej plamy "Heijl-Krakau"
25.	Wbudowana kamera TV (podgląd oka pacjenta na monitorze)
	Pola testowe:
26.	Centralne 30° :100 punktów
27.	Pełne 50° :164 punkty
28.	Obwodowe od 30° do 50°: 73 punkty
29.	Plamkowe 10° :49 punktów
30.	Jaskrowe 22° / 50°: 104 punkty
31.	Neurologiczne 50°: 164 punkty
32.	Flicker 15° / 22° (bodziec migający): 69 punktów
33.	Przesiewowe/szybkie 22° / 30°: 40 punktów
34.	Kierowców 50° / 80°: 103 punkty
35.	Dwuoczne na diplopię 30° / 40°: od 21 do 128 punktów
36.	Dwuoczne dla kierowców 80°: 119 punktów
37.	Adaptacji przestrzennej 50°: od 39 do 168 punktów
38.	Możliwość projektowania własnych pól
	Strategie badania:
39.	Nadprogowa
40.	Progowa
41.	Szybka progowa
42.	Trzech stref
	Funkcje oprogramowania do analizy wyników:
43.	Statystyka
44.	Regresja i histogram
45.	Prezentacja trójwymiarowa HoV
46.	Przekroje HoV
	Prezentacja wyników na wydruku:
47.	Skala szarości
48.	Skala kolorów
49.	Skala decybelowa
50.	Odchylenie od normy wiekowej
51.	Odchylenie od wzgórza widzenia HoV
52.	Funkcja klasyfikacji badań poprzez oznaczenie kolorami: normalny - zielony, podejrzany – żółty, nienormalny – czerwony
53.	Maksymalne wymiary czaszy: 630mm x440mm x730mm
54.	Ciężar czaszy: max 13kg
55.	Laptop z ekranem min. 15"
56.	Drukarka kolorowa sieciowa
57.	Stół z elektrycznie podnoszonym blatem pod czaszę perymetru



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie.

Załącznik:

Zmodyfikowana Umowa Powierzenia Przetwarzania danych Osobowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

Starszy Inspektor

Andrzej Szymański

P.O. KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych II

Iwona Pomian

