

ZP-Z.54.2025

Krasnystaw 2025-08-25

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na dostawę :

1 szt. Autokeratorefraktometru – powtórka II

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2, 3, 4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – umowa nr FELU.07.08-IZ.00-0056/24 pn. **„Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”**.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści autokeratorefraktometr o nieznacznie różniących się parametrach

POMIAR ZDOLNOŚCI ZAŁAMYWANIA

Sferyczna zdolność załamania (S)

Zakres Pomiarowy -25.00 D do +22.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Cylindryczna zdolność załamania (C)

Zakres Pomiarowy 0 D do ±10.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres Pomiarowy 0° do 180°

Jednostka wyświetlania 1°

POMIAR KRZYWIZNY ROGÓWKI (K1, K2, AVG)

Zakres Pomiarowy 5.00 mm do 11.00 mm / 30.68 D do 67.50 D (n=1.3375)

Jednostka wyświetlania 0,01 mm

ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY I OŚ (C, A)

Zakres pomiarowy (C) 0 D do 10 D (n=1.3375)



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zakres pomiarowy (A) 0° do 180°
Obszar pomiaru - rogówka Ø 3,0 mm (przy krzywiznie rogówki 8,00 mm)

Zakres PD 50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy Ø 2,0 mm

Odległość wierzchołkowa 0 mm - 16.0 mm

JEDNOSTKA GŁÓWNA

Wbudowana drukarka Drukarka termiczna
Wyjście RS 232 C
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD 5,7"
Podkładka pod brodę sterowana elektr.

WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE Wymiary SGW 297 x 500 x 448 mm

Waga ok. 17,0 kg
Napięcie 100 VAC do 240 VAC
Częstotliwość 50/60 Hz
Pobór Energii 80 VA do 100 VA

Odpowiedź

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z formularzem ofertowym

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznika nr 3 – Projekt umowy

§8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłoka” – tak jak to ujęte jest w umowie przy karach umownych oraz poniżej w tym samym zdaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis na następujący:

W przypadku zwłoki lub odmowy naprawy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji wad/awarii/błędów/usterek, zwłoki lub odmowy wykonania obowiązku wynikającego z § 6 ust. 3, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad/awarii/błędów/usterek przez autoryzowany podmiot, którego kosztami obciąży Wykonawcę

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznika nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pkt. 4 Cel, zakres i charakter przetwarzania

Czy Zamawiający może wykreślić punkty 4b) i 4d), ponieważ zakres danych jest nadmiarowy?



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lubelskie
Smaż życie!

Odpowiedź

Zgodnie z projektem umowy.

Załącznik :

Zmodyfikowany projekt umowy

Z poważaniem


D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

Starszy Inspektor

Andrzej Szymański

SEKCJA APARATURY MEDYCZNEJ
Starszy Specjalista


mgr inż. Paweł Rzeżutka

