

ZP - Z.69.2025

Krasnystaw 2025-10-14

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł na:

Dostawę 1 szt. wózek – wanna powtórka

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści długość dna wanny 190cm, szerokość komory wanny 65cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt.11? Oferowany wózek posiada indywidualną blokadę kół zatem bez możliwości blokady kierunkowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wąż odpływowy o długości 1100mm?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Zbigniew Widomski