



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: LG.ZZ.ZP.261.28.D.2016

Sochaczew, dnia 13.07.2016r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 05.07.2016 r. nr sprawy: LG.ZZ.ZP.261.28.D.2016, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych nitrylowych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Wnosimy o ponowne dopuszczenie do zaoferowania w poz. 1 oraz poz. 2 (po modyfikacji) rękawic diagnostycznych, nitrylowych testowanych według następujących standardów: EN 374-1:2003 niska odporność chemiczna, EN 388:2003, EN 420:2003 +A1:2009?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Dot. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczki nitrylowe, długość min. 240mm, grubość palca 0,10-0,12mm, dłoni 0,06-0,08mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3: Dot. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczki nitrylowe, długość mediana min. 289mm, grubość palca mediana min. 0,14mm, grubość dłoni mediana min 0,09mm, poziom szczelności AQL $\leq 1,5$, kolor z odcieniem niebieskofioletowym, posiadające kartę katalogową dystrybutora oraz raport z badań producenta odnoszących się do próbek rękawic, potwierdzających opis techniczny rękawic

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA
[Podpis]
mgr Wiesława Zaluska
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

