



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017

Sochaczew, dnia 13.04.2017r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 06.04.2017 r. nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie I, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Zadanie I, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3: Zadanie II, pozycja 2. Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne odporne na przesiąkanie zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG; Kod UMDNS: 12-458 **Typ II R** według normy europejskiej EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych, spełniająca wszystkie wymagania SIWZ tj. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): 99,99% bakterie wykorzystane do testu: Staphylococcus aureus ATCC 6538 , Opory oddechow: 32,78 mm Pa/cm² , Odporność na przesiąkanie: > 120 mm Hg. Wykonane metodą trzywarstwową . Warstwa zewnętrzna: włóknina polipropylenowa nieprzepuszczająca płynów Warstwa wewnętrzna: miękka włóknina polipropylenowa, przyjazna dla skóry, antyalergiczna Środek filtrujący: mikrowłókna formowane techniką pneumatyczną Pasek: Włóknina polipropylenowa, przyjazna dla skóry, antyalergiczna Wkładka modelująca na nos: element usztywniany powlekany jest polietylenem ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Zadanie IV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5: Zadanie IV, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6: Zadanie VII. Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z 2-warstwowego materiału włóknina/folia, warstwa zewnętrzna nieprzepuszczająca i odporna na uszkodzenia, warstwa wewnętrzna miękka i przyjemna dla skóry. Waga podstawowa 56g/m² . Produkt spełnia wymogi normy EN- 13795 1,2,3. Wymiar 30x80cm. Pakowany z taśmą samoprzylepną 10x50 cm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7: Zadanie VIII. Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład na stół operacyjny o wymiarach 80 cm x 210 cm wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego i super chłonnego rdzenia na całej długości, o szerokości 60 cm i długości 200 cm Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Absorbacja . 1500 ml/m². Wkład chłonny zawiera superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach ?

Odpowiedź: NIE

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Pytanie 8: Zadanie IX. Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny spełniający parametry SIWZ w składzie :

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9: Zadanie X, pozycja 3. Czy zamawiający dopuści ręczniki do rąk o wym. 40 cm x 40 cm z włókniny spunlace o gramaturze 50g/m². Pakowane po 1 szt. W formularzu cenowym byłyby odpowiednio przeliczone ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10: Zadanie X, pozycja 4. Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną, o wym. 80 cm x 140cm, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety, gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11: Zadanie X, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści kieszeń dwusekcyjną o wymiarach 30x40 cm ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12: Zadanie X, pozycja 7. Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 z przylepnym otworem o średnicy 7 cm . pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13: Zadanie X, pozycja 8. Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 90 x 120 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14: Zadanie X, pozycja 9. Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 160 x 220 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15: Zadanie X, pozycja 9. Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 150 x 210 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 16: Zadanie XI. Czy zamawiający dopuści jałowe, jednorazowe obłożenie uniwersalne wzmocnione jałowy, wykonany z trójwarstwowej , pelitobarierowej włókniny (zgodność z norma PN 13 795 1, 2, 3) , Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m² , łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795 1,2,3,

Skład zestawu:

- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190- 1 szt,
- osłona Mayo ze wzmocnieniem 80 x 145 - 1 szt,
- serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorem przewodów przyklejana 75 x 90 - 2 szt,
- serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorem przewodów , przyklejana 180 x 180 - 1 szt,
- serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorem przewodów, przyklejana 150 x 240 - 1 szt,
- taśma samoprzylepna 10 x 50 - 1 szt,
- ręcznik do rąk z włókniny spunlace - 4 szt

Odpowiedź: TAK

Pytanie 17: Zadanie XIII. Czy zamawiający dopuści jałowe, jednorazowy zestaw do chirurgii biodra trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienie w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795 1,2,3,

W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)
- 3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe
- 1 elastyczna osłona na kończynę 30cm x 120 cm
- 1 bandaż elastyczny 10cm x 450 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 230cm x 260 cm z wycięciem "U" o wym 20 cm x 100 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 150cm x 240 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 180cm x 180 cm
- 2 serwety samoprzylepne wzmocnione z organizatorami przewodów o wym. 75cm x 90 cm ?

Odpowiedź: TAK. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 18: Zadanie XVIII. Czy zamawiający dopuści jałowe, jednorazowy zestaw do zabiegów na kończynie trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienie w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795 1,2,3,

W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)
- 3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe
- 1 elastyczna osłona na kończynę 22cm x 75 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów 230 x 300 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 19: Zadanie XIX. Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych

- 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy kroczu o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 20: Zadanie XX. Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z folią operacyjną

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- Osłona wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. .
- 1 x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 50g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Zestaw jałowy, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie typu Tyvek.

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta.

Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy.

Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21: Zadanie XXII. Czy zamawiający dopuści **jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3 wymagania standardowe**, gramatura 35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk (norma i poziom wymagań standardowy) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha (M- żółty, L- zielony, XL- fioletowy, XXL -czarny. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary : M dł. fartucha. 124 cm, L dł. fartucha 128 cm, XL dł. fartucha. 138 cm, XXL dł. fartucha 157 cm,

Odpowiedź: TAK

Pytanie 22: Zadanie XXIII. Czy zamawiający dopuści **Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3 wymagania wysokie**, gramatura 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk (norma i poziom wymagań wysoki) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha (M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy, XXL -czarny Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Wytrzymałości na penetrację wody w obszarze wzmocnień 125 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym 155 Kpa i mokrym 150 Kpa. BI=6
Rozmiary : M dł. fartucha od najwyższego punktu 124 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankieta) . 60, dł. wstawki z przodu 92, dł wstawki na rękawie 32 cm, L dł. fartucha od najwyższego punktu 128 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankieta) 61, dł. wstawki z przodu 102, dł wstawki na rękawie 34 cm XL dł. fartucha od najwyższego punktu 138 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankieta) 62, dł. wstawki z przodu 113 cm, dł wstawki na rękawie 34 cm, XXL dł. fartucha od najwyższego punktu 157 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankieta) 61, dł. wstawki z przodu 132 cm, dł. wstawki na rękawie 34 cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 23: Zadanie XXIV. Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne dostępne w kolorze niebieskim, zielonym i fioletowym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 24: Zadanie nr VII. Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m² ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 25: Zadanie nr XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych obłożeń operacyjnych, w których pad chłonny w serwetach będzie większy o 5cm od wymaganego, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 26: Zadanie nr XX., Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej obłożenia dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do cięcia cesarskiego: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m². Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m². odporność na przenikanie cieczy > 200cm H₂O, niepalny, niepylący.

Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 27: Zadanie nr XXIII., Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o odporności na przesąkanie płynów stanowiącego wzmocnienia min. 165 cm H₂O? Reszta parametrów spełniona.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 28: Zadanie nr XXIV., Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS, składających się z wygodnej bluzy i spodni? Reszta parametrów spełniona.

Odpowiedź: TAK

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 12.04.2017 roku do pytania 19.

Pytanie 19: Zadanie XXIII, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z nieprzemakalnymi wzmocnieniami o gramaturze min. 40g/m², o odporności na przenikanie płynów materiały stanowiącego wzmocnienia min. 203,3cm H₂O, o długościach rękawów (mierzonych od najwyższego punktu ramienia) dla rozmi. M – 76cm, L – 83cm, XL – 85cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szeńk