

Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017

Sochaczew, dnia 13.04.2017r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 06.04.2017 r. nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie I . Pakiet IX poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Pakiet XI poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o następującym składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
- g) 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3: Pakiet XIII poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o następującym składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 01722233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
- f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- g) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
- h) 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
- i) 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
- j) 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O

Material obłożenia spełnia wymagania wysokie
 normy PN EN 13795. Zestaw posiada
 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
 Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4: Pakiet XXII poz. 1: Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne pełno barierowe- standard, wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS? Rozmiary : M-L – 120 cm, XL – 130 cm, XXL – 150 cm. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Odporność na przenikanie cieczy >35 cm H₂O Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szenci