



Szpital Powiatowy
w Sochaczewie

Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.61.D.2017

Sochaczew, dnia 09.02.2018r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 19.01.2018 r. nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.61.D.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę implantów-wszczepów ortopedycznych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania VII. Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 7 śruby kompresyjnej do śruby szyjkowej DHS/DCS o długości 32mm (nadmieniamy, że w aktualnym opisie poz. 7 i 8 ma te same parametry)?

Odpowiedź: TAK. Chodzi o śrubę dł. 32mm

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szent

