



Szpital Powiatowy
w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2018

Sochaczew, dnia 28.05.2018r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 21.05.2018 r. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2018, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, pełne opakowania.

Pytanie 2: Prosimy o dookreślenie ilości wymaganych próbek dla zadania I

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Zadanie I pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego. Produkt nie pieni się, posiada wysoką skuteczności myjącą, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Ph koncentratu ok. 11 w 20 °C. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców. Preparat należy stosować w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4: Zadanie I pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w płynie do maszynowej, chemicznotermicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy i oprzyrządowanie anestezyjologiczne. Oferowany produkt posiada następujący skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Spektrum: B, F, TBC, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia), jaja glisty. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, ph ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Zadanie I pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych. Produkt zawiera w swoim składzie oleje białe. Oferowany produkt posiada delikatne dodatki pielęgnujące które równomiernie pokrywają całą powierzchnię narzędzia, nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie wpływa na proces sterylizacji. Wyrób medyczny występuje w opakowaniu 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: TAK

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA


mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

