

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.20.D.2019

Sochaczew, dnia 10.05.2019r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.20.D.2019 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zad. I. poz 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin bez zawartości pochodnych alkoholu, konfekcjonowanego w opakowania 1l z wbudowaną miarką przelewową i 5l, oraz prosimy o zgodę na odpowiednie przeliczenie ilości. Preparat wykazuje spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 minut już przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusa Polio i Adeno. Preparat posiadający oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2: Zad. I. poz 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji o neutralnym pH do manualnego i maszynowego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych w tym wykonanych z PCV, kamienia, marmuru, lastryko, laminowanych itp. Preparat przeznaczony do użycia w placówkach służby zdrowia, nie sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna, nie zawiera mydła i nie pozostawia smug po procesie mycia. Stosowany w stężeniu 0,2-0,25% Zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosfoniany i fosforany, alkohol izopropylowy oraz rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie. Preparat bez zapachowy koloru zielonego zgodnego z kodyfikacją zastosowania, konfekcjonowany w opakowania 1l i 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości wskazanym przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3: Zad. I. poz 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do preparatu o pH 6,5-7,5 i spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,Vaccinia Noro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśń i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniami zgodnie z EN 16615.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Zad. I. poz 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, endoskopów (opinia producenta) z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2- według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg i saszetki 17,5g z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5: Zad. I. poz 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie dichloroizocyanuranu sodu o lepszych parametrach dezynfekcyjnych, warunki brudne B,F,V, TBC 15 minut w 1000 ppm i S 15 minut w 6000 ppm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6: Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę

Pytanie 8: Zadanie I, poz. 4. Prosimy o dopuszczenie preparatu działającego na spory o stężeniu 2% w ciągu 2h, spełniającego pozostałe zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9: Zadanie II poz. Nr 1. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie dwuaminy kokospropylenu, oraz anionowych związków powierzchniowo czynnych do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów sztywnych i giętkich. Preparat nie zawierający aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór 2% działający na B, Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, prątki, Polyma Sv40) w 15minut z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny. Opakowania 5 L

Odpowiedź:

Pytanie 10: Zadanie II poz. Nr 2. Czy Zamawiający dopuści enzymatyczny środek myjący do delikatnych instrumentów chirurgicznych, sztywnych i giętkich endoskopów oraz materiałów termolabilnych z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, Koncentrat zawierający niejonowe środków powierzchniowo czynne, enzymy (proteaza, lipaza, amylaza). Stężenie roztworu roboczego 0,5% czas działania do 3 min. O neutralnym Ph. Wyrób medyczny klasy I. Opakowania a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. Klasa I.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11: Zadanie II poz. Nr 3. Czy Zamawiający dopuści preparat zmiękczająco płuczący (w postaci koncentratu), nie zawierający środków powierzchniowo czynne. Możliwość używania do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej oraz misek ze stali nierdzewnej. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każdy 1° dH. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg, nie wytwarzający piany w żadnym zakresie temperaturowym bez zawartości enzymów i rozpuszczalników. Zawiera: stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Wyrób medyczny klasy I. Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12: Zadanie II poz. Nr 4. Czy Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, urządzeń medycznych bez zawartości aldehydów i alkiloloamin, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG. Spektrum działania: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, polyoma sv40) – 1 minuta, Tbc (M.terrae), V(noro) w czasie do 15 min. Wyrób medyczny klasy IIA. Opakownia 1L + spryskiwacz pianowy i 5L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13: Zadanie II poz. Nr 5. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran szybkie i skuteczne oczyszczenie rany, docieranie w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), usunięcie skrzepów składających się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki, nawilżenie rany i

wspomaganie procesów jej gojenia, utrzymanie wilgoci opatrunków, bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków, przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Preparat gotowy do użycia, bezbarwny i bezzapachowy o dobrej biokompatybilności. Opakowanie a 350 ml. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

mgr Katarzyna Chmielewska-Borućka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy