



## Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2019

Sochaczew, dnia 25.06.2019r

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2019, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1: Dotyczy Zadania nr I, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w worek foliowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 2: Dotyczy Zadania nr I, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furazerka bez wydłużonej części przedniej, wiązany na troki, pakowany w worek foliowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 3: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodenek krótkich dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 4: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 2.** Czy Zamawiający ma na myśli poszwę na koc wykonaną z włókniny nieprzemakalnej czy z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 5: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury poszwy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 6: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 3.** Czy Zamawiający ma na myśli włókninę nieprzemakalną czy włókninę polipropylenową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 7: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 6.** Czy Zamawiający ma na myśli włókninę nieprzemakalną czy włókninę polipropylenową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 8: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Czy Zamawiający ma na myśli podkład papierowy czy podkład podfoliowany (jedna warstwa papieru + warstwa foli PE)?

**Odpowiedź:** Podkład podfoliowany

**Pytanie 9: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu medycznego papierowo - foliowego j.u. szerokość 50cm x długość 50m z perforacją co 50cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 10: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu medycznego z celulozy 50cm x 50m, perforacja co 38cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



**Pytanie 11: Dotyczy Zadania nr V, poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury włókniny z jakiej ma być wykonany fartuch?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 12: Dotyczy Zadania nr VIII.** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podkładu higienicznego z laminatem o grubości 0,18mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 13: Dotyczy Zadania nr IX, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 30 x 40

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 14: Dotyczy Zadania nr IX, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worki foliowe, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnątrz zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stolik instrumentariuszki / stolik narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 15: Dotyczy Zadania nr X, poz. 1, 2.** Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worki foliowe, opakowanie indywidualne folia-papier – zamiast rysunku bądź zdjęcia produktu zamieszczony jest słowny opis serwety oraz jej wymiar.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 16: Dotyczy Zadania nr X, poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worki foliowe, opakowanie indywidualne folia-papier – zamiast rysunku bądź zdjęcia produktu zamieszczony jest słowny opis produktu oraz jego wymiar.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 17: Dotyczy Zadania nr X, poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie stolika Mayo w kształcie foliowego worka o grubości 50µm z włókninowym wzmocnieniem o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> na całej długości worka?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 18: Dotyczy Zadania nr X, poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 40cm (2x15cmx40cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 19: Dotyczy Zadania nr X, poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o maksymalnym zakresie regulacji otworu wynoszącym 6x15cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 20: Dotyczy Zadania nr X, poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 100cm x 120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 21: Dotyczy Zadania nr X, poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150cm x 200cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 22: Dotyczy Zadania nr XI.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 4 ręczniki 30 x 40
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- Wzmocnienie zestawu wykonane z włókniny o gramaturze min. 90cm/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 23: Dotyczy Zadania nr XI.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnątrz zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stolik instrumentariuszki / stolik narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 24: Dotyczy Zadania nr XII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 4 ręczniki 30 x 40
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- Wzmocnienie zestawu wykonane z włókniny o gramaturze min. 90cm/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 25: Dotyczy Zadania nr XII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnątrz zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stolik instrumentariuszki / stolik narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 26: Dotyczy Zadania nr XIII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończybę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia
- Wzmocnienie zestawu wykonane z włókniny o gramaturze min. 90cm/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 27: Dotyczy Zadania nr XIII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnętrznie zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stół instrumentariuszki / stół narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 28: Dotyczy Zadania nr XV.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia
- Wzmocnienie zestawu wykonane z włókny o gramaturze min. 90cm/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 29: Dotyczy Zadania nr XV.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnętrznie zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stół instrumentariuszki / stół narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 30: Dotyczy Zadania nr XVII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 OP taśmy 10 x 50cm,
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem (  $\varnothing$  7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Wzmocnienie zestawu wykonane z włókny o gramaturze min. 90cm/m2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 31: Dotyczy Zadania nr XVII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnętrznie zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stół instrumentariuszki / stół narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 32: Dotyczy Zadania nr XVIII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny bez wzmocnień o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta 100 x 100cm

- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 33: Dotyczy Zadania nr XVIII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnątrz zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stolik instrumentariuszki / stolik narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 34: Dotyczy Zadania nr XIX.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szybownik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 35: Dotyczy Zadania nr XIX.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia w opakowaniu transportowym składającym się z jednego kartonu, opakowanie wewnątrz kartonu worek foliowy, opakowanie indywidualne folia-papier + wewnątrz zestaw owinięty w serwetę przeznaczoną na stolik instrumentariuszki / stolik narzędziowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 36: Dotyczy Zadania nr XXII.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego w rozmiarach: M – długość 115cm, L – długość 127cm, XL – długość fartucha 135cm, XXL – długość 140 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 37: Dotyczy Zadania nr XXIII.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu 40 g/m2 w rozmiarach: M – długość 115cm, , rękaw 58cm, L – długość 127cm rękaw 60cm, XL – długość fartucha 135cm rękaw 60cm, XXL – długość 140 cm rękaw 64cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 38: Dotyczy Zadania nr XXIV, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 39: Dotyczy Zadania nr XXIV, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorach ciemnoniebieski i zielony.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 40: Dotyczy Zadania nr XXIV, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorach ciemnoniebieski, zielony oraz różowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 41: Dotyczy SIWZ.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do wykazu dostaw 3 referencji wystawionych na „dostawy obłożeń operacyjnych”, „Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej” oraz „dostawa obłożeń pola operacyjnego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 42: Do Umowy .** W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 43: Zadanie II .** Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z zadania nr II ujętego w Załączniku nr 1 pozycji 1 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w Zadaniu II. Oferty można składać na poz. 1 zadania II oraz na pozycję 2 zadania II, stanowiące odrębne części. W tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji zadania II.

**Pytanie 44: Zadanie VI.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 45x75cm, wykonaną z 2-warstwowego materiału z chłonna warstwą zewnętrzną ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 45: Zadanie VI.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 75x90cm, wykonaną z 2-warstwowego materiału z chłonna warstwą zewnętrzną ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 46: Zadanie VII.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z 2-warstwowego materiału włóknina/folia, warstwa zewnętrzna nieprzeziąkalna i odporna na uszkodzenia, warstwa wewnętrzna miękka i przyjemna dla skóry. Wymiar 22x75cm oraz gramatura 97 g/m<sup>2</sup> . Produkt spełnia wymogi normy EN- 13795 1,2,3 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 47: Zadanie IX** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

|                                                                         |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny ..... | 175x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....                           | 75x75   | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....                            | 175x150 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                            | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                               | 18x25   | 4 |
| 6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....                          | 150x190 | 1 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 48: Zadanie X. Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową nieprzylepną rozmiar 150 x 90 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>. Jedną warstwę stanowi folia polietylenowa ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 49: Zadanie X. Poz. 2** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową nieprzylepną rozmiar 150 x 240 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>. Jedną warstwę stanowi folia polietylenowa ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 50: Zadanie X. Poz. 4** Czy Zamawiający dopuści obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 79x145cm, o gramaturze 84 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 51: Zadanie X. Poz. 5** Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna 2 sekcje, o wymiarze 40x35 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 52: Zadanie X. Poz. 6** Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną o wymiarze 9x49 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 53: Zadanie X. Poz. 8** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową przylepną 100 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>. Jedną warstwę stanowi folia polietylenowa ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 54: Zadanie X. Poz. 9** Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową przylepną 240x150 cm, pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>. Jedną warstwę stanowi folia polietylenowa ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 55: Zadanie XI.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony I w składzie:

|                                                                                                                            |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej .....                             | 90x75   | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                                                                               | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                                                                                  | 18x25   | 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO .....                                                                                             | 79x145  | 1 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                                                                           | 150x190 | 1 |

Poz. 1 Serweta górna posiada pad 20x55cm

Poz. 2 Serwety boczne posiadają pad 20x50cm

Poz. 3 Serweta dolna posiada pad 20x55cm

Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 197cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 56: Zadanie XII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony II w składzie:

|                                                                                                                            |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 300x175 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej .....                             | 100x100 | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                                                                               | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                                                                                  | 18x25   | 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO .....                                                                                             | 79x145  | 1 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                                                                           | 150x190 | 1 |

Poz. 1 Serweta górna posiada pad 20x55cm

Poz. 2 Serwety boczne posiadają pad 19,5x60cm

Poz. 3 Serweta dolna posiada pad 20x55cm

Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 197cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 57: Zadanie XIII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra w składzie:

|                                                                                                                                                                               |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej                        | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna                                                                                                                                                       | 75x90   | 1 |
| 4. serweta na stół                                                                                                                                                            | 150x190 | 1 |
| 5. osłona na kończynę                                                                                                                                                         | 32x120  | 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne                                                                                                                                                        | 9x49    | 2 |
| 7. ręczniki chłonne                                                                                                                                                           | 18x25   | 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stół Mayo                                                                                                                                             | 79x145  | 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)                                                                                                                           | 150x190 | 1 |

Poz. 2 Serweta dolna posiada pad 70x100cm. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 197cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 58: Zadanie XVI.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie | 175/250x325 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna typu RZEP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5x30      | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9x49        | 1 |
| 4. ręczniki chłonne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18x25       | 4 |
| 5. osłona na kamerę (perforowana końcówka)                                                                                                                                                                                                                                                               | 14x250      | 1 |
| 6. osłona na stół MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79x145      | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150x190     | 1 |

Poz. 1 Serweta chirurgiczna posiada pad 40x125cm. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >100cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 59: Zadanie XVII.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony w składzie:

|                                                                                                                                                                                                         |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stół                                                                                                                                                                                      | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę                                                                                                                                                                                   | 22x75   | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne                                                                                                                                                                                  | 9x49    | 2 |
| 5. ręczniki chłonne                                                                                                                                                                                     | 18x25   | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stół MAYO                                                                                                                                                                       | 79x145  | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)                                                                                                                                                       | 150x190 | 1 |

Poz. 1 Serweta chirurgiczna posiada pad 70x140cm. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >150cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 60: Zadanie XIX.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający duży worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90x120      | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50x50       | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9x49        | 1 |
| 5. ręczniki chłonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18x25       | 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79x145      | 1 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150x190     | 1 |

Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >100cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 61: Zadanie XX.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do barku w składzie:

|                                                                                                                                                                                         |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów | 240x170 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwą chłonną                                                                          | 230x295 | 1 |
| 3. osłona na kończynę                                                                                                                                                                   | 22x75   | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne                                                                                                                                                                  | 9x49    | 2 |
| 5. ręczniki chłonne                                                                                                                                                                     | 18x25   | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stolik MAYO                                                                                                                                                     | 79x145  | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)                                                                                                                                   | 150x190 | 1 |

Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >150cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 62: Zadanie XXI**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana w składzie:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu | 230x320 | 1 |
| 2. serweta na stolik                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22x75   | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9x49    | 2 |
| 5. ręczniki chłonne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18x25   | 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79x145  | 1 |
| 7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu)                                                                                                                                                                                                                                                        | 150x190 | 1 |

Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >127cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 63: Zadanie XXII.** Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapinanie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w rękawach na wysokości od mankietu do łokcia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi

ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że rozmiary mieszczą się w granicach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w pytaniu nie podał jaki rozmiar mieści się w danym symbolu.

**Pytanie 64: Zadanie XXIII.** Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w strefie krytycznej. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 65: Zadanie XXIV.** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne – bluza plus spodnie jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS, niepylającej, oddychającej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją. Kolor niebieski, zielony, fioletowy. Dostępne w rozmiarach od S do XL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Brak rozmiaru XXL.

**Pytanie 65:** Dotyczy zadania IX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dostarczanego na podstawie obecnej umowy przetargowej? Różnica względem opisanego zestawu w wymiarach elementów poniżej:

1 serweta na stolik narzędziowy 150x190cm

1 serweta Mayo 78x145cm

1 serweta operacyjna 180x180cm

1 taśma 9x50cm

2 ręczniki 30,5x34cm

Reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że zestaw zawiera pozostałe elementy zastawu nie wymienione w pytaniu.

**Pytanie 66:** Dotyczy zadania X

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Poz. 2 – serweta 150x180cm

Poz. 3 – ręczniki pakowane a'1szt z przeliczeniem wymaganych ilości

Poz. 4 – Mayo składane aseptycznie 78x145cm

Poz. 5 – kieszeń dwukomorowa 30x40cm

Poz. 6 – taśma 9x50cm

Poz. 7 – serweta 50x75cm

Poz. 8 – serweta 150x240cm

Reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

Z up. **DYREKTORA**

*mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka*  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy