



**Szpital Powiatowy
w Sochaczewie**

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2019

Sochaczew, dnia 30.07.2019r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2019 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 32 worków do godzinowej zbiórki moczu jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego; Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu jednoświatłowy z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 14 dni u pacjenta, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 41 zestawów do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego; Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetworniki o częstotliwości >1200 Hz wyposażone w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kardiomonitorem 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3: Dotyczy zadanie 49: akcesoria do pracy aparatu do hemodiafiltracji – MultiFiltrate – poz.2: Prosimy Zamawiającego o zgodę na wycenę jednego niepodzielnego opakowania zbiorczego a'100 sztuk kolców typu Spike w miejsce wyspecyfikowanych 50 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

DYREKTOR

Feliks Orchowski

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 01722233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

