



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.08.D.2020

Sochaczew, dnia 06.03.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu USG dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.08.D.2020, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy punktu 20 USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie głębokości penetracji 2 - 30 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2: Dotyczy punktu 24 USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o częstotliwości odświeżania obrazu 2D 499 obr/sek

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Dotyczy punktu 27 USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o regulacji bramki dopplerowskiej 0,5 – 20 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Dotyczy punktu 47 USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 2.9 – 13.3 MHz, ilości elementów 192 i szerokości pola głowicy 51.3 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem **DYREKTOR**

[Podpis]
dr hab. med. Grzegorz Orzechowski

