



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.08.D.2020

Sochaczew, dnia 09.03.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu USG dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.08.D.2020, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: dotyczy punktu 44. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniał błąd pisarski w punktacji, ponieważ Zamawiający punktuje parametr dotyczący promienia czoła głowicy, a punkt w swojej treści dotyczy częstotliwości sondy.

Odpowiedź: TAK. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający będzie punktował częstotliwość pow. 8.0MHz i w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ na podstawie art., 38 pkt 4 pzp..

Pytanie 2: dotyczy punktu 51. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem przystawki biopsyjnej tylko do głowicy liniowej? Czy wymaga jej również do głowicy endocavitarniej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem przystawki biopsyjnej do głowicy endocavitarniej i w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisów pkt 54 SIWZ na podstawie art., 38 pkt 4 pzp.

Pytanie 3: dotyczy punktu 55. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że wymaga dwóch bardzo zbliżonych do siebie sond i pełniących te same funkcje, ponieważ w punkcie 54 Zamawiający wymaga sondy endocavitarniej - urologicznej, która służy również do badań rektalnych, do odbytniczych, dlatego też zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu 55 z tabeli gdyż zakup dwóch sond pełniących te same funkcje znacznie podnosi cenę aparatu i nie wydaje się ekonomicznie uzasadniony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 55 z tabeli i w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ na podstawie art., 38 pkt 4 pzp..

Pytanie 4: dotyczy punktu 42. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada własne licencje na podłączenie nowego stanowiska z aparatem USG do posiadanego systemu oraz, że dysponuje wsparciem technicznym przy podłączeniu aparatu do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie na podstawie art. 38 pkt 6 pzp w związku z dokonanymi zmianami w SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 13.03.2020 roku na godzinę 11:00.

W załączeniu do odpowiedzi – Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Z poważaniem

DYREKTOR

Feliks Orchowski

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

