



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2020

Sochaczew, dnia 12.05.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2020, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: pakiet 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x235cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Zapytanie dot. formy składania dokumentów: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Zadanie nr I poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z gumką, pakowanego w worek, a 100 szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4: Zadanie nr I poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z trokami, pakowanego w worek a 100 szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Zadanie nr VII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 80x30cm z taśmą lepną 50x9 o gramaturze min. 43 g/m²?

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Odpowiedź: TAK

Pytanie 6: Zadanie nr IX poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, o następującym składzie?

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7: Zadanie nr X poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8: Zadanie nr X poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki w rozmiarze 200x180cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9: Zadanie nr X poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania obłożenia o gramaturze 74 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 10: Zadanie nr X poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 42x35cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11: Zadanie nr X poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9x50cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12: Zadanie nr X poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki w rozmiarze 90x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 13: Zadanie nr X poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 14: Zadanie nr XI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, serwetki z łatami chłonnymi w części wzmacnionej gramatura wynosi min. 110 g/m² i odporności na penetrację płynów min 450 cm H₂O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Łata chłonna w wymiarach – 37,5x70cm. Skład zestawu:

Serweta na stół instrumentarium (owinięcie
zestawu)

190x150cm

1

Serweta (głowa) z łataą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	1
Serweta(stopa) z łataą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	1
Serweta (boki) z łataą chłonną i przylepcem 5x90cm	90x75cm	2
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm	1
Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm	2
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80cm	1

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15: Zadanie nr XIII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta	1	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta	1	240x150		
serweta	1	90x75		
serweta	3	250x160		
pokrowiec na nogę	1	120x37		
kieszon na płyny z kształtką	2	40x30		
taśma medyczna	7	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 16: Zadanie nr XVI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180	TRAPEZ	28X20x19
serweta	1	90x75		
taśma medyczna	1	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 17: Zadanie nr XVII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu trzywarstwowego (włókniny polipropylenowej, włókniny wiskozowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z elementem elastycznym i otworem	1	300x240	OKRĄG	4
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stół Mayo	1	145x80		
serweta TF	1	200x150		
pokrowiec na kończynę	1	80x45		
taśma medyczna	2	50x9		
serwetki do rąk	4	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 18: Zadanie nr XIX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu trzywarstwowego (włókniny polipropylenowej, włókniny wiskozowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	325x250	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1	90x60	
serweta na stół instrum.	1	190x150	
serweta na stół Mayo	1	145x80	
serwetki do rąk	4	40x20	

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 19: Zadanie nr XX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z wycięciem U i przylepcem	1	240x200	WYCIĘC. U	60x7
serweta z przylepcem	1	240x150		
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	75x37		
serweta pod kończynę górną pacjenta	1	180x150		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stół Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 20: Zadanie nr XXI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada

informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 21: Zadanie nr XXII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS 35g/m² o specyfikacji: antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo, oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie, rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 22: Zadanie nr XXIII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² o specyfikacji: wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610, w części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL), wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo, oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie, rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 23: Zadanie nr XXIV: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS w kolorach niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 24: Zadanie nr XXV, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu dla noworodka o składzie:

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,
- 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1 cm x 68 cm papierowy,
- 1x serweta TMS 60cm x 40cm,
- 1x Podkład Seni Soft Super 90 x 60 cm,
- 3 x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 25: Zadanie nr XXV, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka o składzie:

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,

1x Centymetr do mierzenia noworodka 1 cm x 68 cm papierowy,
1x Kocyk flanelowy 160 x 75 cm,
1x Podkład Seni Soft Super 60 x 60 cm,
2x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 26: Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 27: Zadanie I, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek nieposiadający przedniej części wydłużonej, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

pytanie 28: Zadanie IV, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 29: Zadanie IV, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do badań z rozcięciem bez zakładki?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 30: Zadanie IV, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 31: Zadanie IV, pozycja 3 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nieprzemakalności?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 32: Zadanie IV, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 33: Zadanie VII, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², o wymiarach 30 x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 34: Zadanie VIII - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne o parametrach:

- 5 warstwy: włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
- Chłonność 3820,18 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 35: Zadanie IX - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższych różnicach w wymiarach poniższych pozycji:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 x 180 cm (zamiast 200 x 175 cm)

4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm (zamiast 30 x 33 cm)

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 36: Zadanie X, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści chłonne sterylne ręczniki celulozowe o wymiarze 40 x 40 cm, pakowane a'1 szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 37: Zadanie X, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie stolika Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, łączna gramatura 80g/m², składana teleskopowo?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 38: Zadanie X, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną na narzędzia, dwukomorową w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 39: Zadanie X, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 40: Zadanie X, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w którymś z proponowanych rozmiarów: 200 x 150 cm, 220 x 160 cm, 240 x 150 cm, 300 x 170 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 41: Zadanie XI - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony I o składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)
 - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (35 x 80 cm zamiast 45 x 70 cm)
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 180 x 180 cm (zamiast 200 x 175 cm) (pad 35 x 80 cm zamiast 45 x 70 cm)
 - 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (35 x 80 zamiast pad 31 x 85 cm)
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe
- Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 42: Zadanie XIII - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)
 - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm)
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm ze wzmocnieniem 30 x 80 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 8,5 x 85 cm, zamiast 10 x 95 cm) w rozmiarze 200 x 260 cm (zamiast 245 x 280 cm) (wzmocnienie 75x100, zamiast 145 x 155 cm)
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe
- Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 43: Zadanie XIV - Czy Zamawiający dopuści zestaw do żyłaków o składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 8,5 x 95 cm zamiast 15 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad .75 x 100 cm, zamiast 95 x 170 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 180 cm (zamiast 170 x 250 cm)

4 ręczniki celulozowy

Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 44: Zadanie XV - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra wzmocniony o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (zamiast 170 x 300 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 20 x 100 cm zamiast 6,5 x 95 cm) w rozmiarze 230 x 260 cm (zamiast 260 x 200 cm) (wzmocnienie 75 x 140 cm, zamiast 145 x 155 cm)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zestaw zawiera dodatkowo:

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 45: Zadanie XVI - Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm)

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 25 x 30 cm, zamiast 28 x 32 cm), w rozmiarze 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, wzmocnienie 60 x 60 cm

4 ręczniki celulozowe

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 46: Zadanie XVII - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (o średnicy 7 cm,

zamiast 5 x 7 cm) o wymiarach 230 x 300 cm (zamiast 320 x 245 cm) wzmocnienie o wymiarach 100 x 50 cm (zamiast 100 x 145 cm)

1 serweta nieprzylepna 150x 190 cm (zamiast 150 x 175 cm)

1 osłona na kończynę 22 x 75 cm (zamiast 35 x 80 cm)

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 47: Zadanie XVIII - Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wzmocniony o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (otwór samoprzylepny 10 x 15 cm, w okolicach krocza, zamiast 9 x 12 cm) w rozmiarze 160/240 x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, wzmocnienie w strefie krytycznej 30 x 30 cm

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 48: Zadanie XIX - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta wzmocniona na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (zamiast) 145 x 185 cm

4 ściereczki do rąk

1 serweta wzmocniona na stolik mayo 80 x 140 cm

1 serweta wzmocniona 200 x 320 cm (zamiast 190 x 250 x 320) cm z otworem 25 x 30 cm (zamiast 20 x 18 cm i torbą na płyny

1 taśma włókninowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta dla noworodka 75 x 80 cm (zamiast 75 x 115 cm)

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 49: Zadanie XX - Czy Zamawiający dopuści zestaw do barku o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 serweta na stolik mayo wzmocniona 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145), wzmocnienie 50 x 80 cm

1 serweta wzmocniona z taśmą samoprzylepną 170 x 180 cm (zamiast 180 x 220 cm)

1 serweta z wycięciem „U” wzmocniona 200 x 260 cm (zamiast 150 x 200 cm), wycięcie „u” o wymiarach 85 x 8,5 cm (zamiast 50 x 10 cm) z taśmą samoprzylepną,

1 osłona na kończynę 30 x 60 cm (zamiast 37 x 75 cm)

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm (zamiast 9 x 49 cm)

4 ręczniki chłonne 30 x 30 cm (zamiast 2 ręczniki chłonne 30 x 40 cm)

Zestaw zawiera dodatkowo:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 50: Zadanie XXI - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do artroskopii o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm

1 osłona na kończynę 22 x 75 cm (zamiast 35 x 80 cm)

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm/ +2 cm

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 51: Zadanie XXII, XXIII - Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 52: Zadanie XXII, XXIII - Czy Zamawiający dopuści fartuchy w poniższych rozmiarach +/- 3cm (długość fartucha): M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 53: Zadanie XXII, XXIII - Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie folia – papier, bez opakowania wewnętrznego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 54: Zadanie XXIII - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha o gramaturze 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 66 cmH₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 55: Zadanie XXIII - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa +/- 2cm dla rozmiarów: M – 60 cm, L – 61 cm, XL – 62 cm, XXL – 61 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 56: Zadanie XXIV - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 57: Zadanie XXIV - Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w kolorach: niebieski, zielony i fioletowy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 58: Zadanie XXV, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 59: Zadanie XXV, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw dla noworodka o składzie:

- 2x Podkład chłonny 60cm x 60cm
- 1x Kocyk flanelowy 160cm x 75cm
- 2x Serweta włókninowa dla noworodka 60cm x 80cm
- 1x Czapeczka dla noworodka
- 1x Miarka papierowa 100cm x 2,5cm

Zestaw jest jałowy.

Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 60: Zadanie XXV, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o składzie:

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,
- 1x Centymetr do mierzenia noworodka 100cm x 2,5cm
- 1x Kocyk flanelowy 160 x 75 cm,
- 1x Podkład typu Seni Soft Super 90 x 60 cm,
- 2x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm,

Zestaw jest jałowy.

Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 61: dotyczy Zadania nr IX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr IX niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ?

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
 - 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
 - 2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 - 2 serwety przylepne 75 x 90 cm
 - 1 serweta przylepna 180 x 180 cm
 - 1 serweta przylepna 150 x 240 cm
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
- Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: TAK

Pytanie 62: dotyczy Zadania nr X. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X produktów w opakowaniu papier-folia, bez wewnętrznego włókninowego owinięcia. Asortyment opisany w pakiecie nr X są to pojedyncze serwety lub akcesoria, które nie wymagają owinięcia tak jak zestawy operacyjne

Odpowiedź: TAK

Pytanie 63: dotyczy Zadania nr X poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 2 serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 64: dotyczy Zadania nr X poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 3 ręczników pakowanych po 1 sztuce?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 65: dotyczy Zadania nr X poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 4: Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka o wymiarach 79x145cm z zewnętrzną warstwą z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 65x85cm. Waga podstawowa 55g/m² + wzmocnienie 85g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Obłożenie złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 66: dotyczy Zadania nr X poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 5 kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30x40cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 67: dotyczy Zadania nr X poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 6 taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 68: dotyczy Zadania nr X poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu

nr X poz. 7 serwety jałowej 50x75cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 69: dotyczy Zadania nr X poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 8 serwety o wymiarach 90x120cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 70: dotyczy Zadania nr X poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 9 serwety o wymiarach 180x180cm wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 71: dotyczy Zadania nr X poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr X poz. 9 serwety o wymiarach 150x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 72: dotyczy Zadania nr XI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XI zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 73: dotyczy Zadania nr XII. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XII zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 74: dotyczy Zadania nr XIII. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XIII zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 75: dotyczy Zadania nr XV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XV zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O
Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 76: dotyczy Zadania nr XVII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XVII zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm
1 serweta 150 x 190 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O
Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 77: dotyczy Zadania nr XIX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr XIX zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² bez dodatkowego wzmocnienia chłonnego (zawiera dużą torbę na płyny, dlatego nie potrzebny jest pad chłonny).
Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O
Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium

Odpowiedź: TAK

Pytanie 78: ZADANIE NR IX. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen, owiniętego wewnątrz w serwetę na stolik instrumentariuszki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 79: ZADANIE NR IX. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki o tolerancji rozmiaru +/- 10%? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 80: ZADANIE NR X. Poz. nr 1-2; 4; 7-9 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 81: ZADANIE NR X. Poz. nr 1-9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe, bez dodatkowego owinięcia w włókninę?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 82: Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej pakowanej w opakowanie a' 17 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 83: ZADANIE NR XI- XXI. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen z ewentualnymi dodatkowymi padami chłonnymi (dot. zestawów wzmocnionych), owiniętych wewnątrznie w serwetę na stół instrumentariuszki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 84: ZADANIE NR XI- XXI. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie serwetę na stół instrumentariuszki o tolerancji rozmiaru +/- 10%?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 85: ZADANIE NR XI- XII; XIV-XV; XVIII. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w których wymagane wymiary padów chłonnych są wymiarami minimalnymi?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 86: ZADANIE NR XIII. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/- 10 %
- 1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna 170 x 300 cm
- 1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad min. 150 x 160 cm)
- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy

Odpowiedź: TAK

Pytanie 87: ZADANIE NR XVII. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/- 10 %
- 1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny dolnej 320 x 245 cm z otworem 5 x 7 cm z padem chłonnym (pad min. 150 x 105 cm)
- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy

Odpowiedź: TAK

Pytanie 88: ZADANIE NR XIX. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/- 10 %
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 89: ZADANIE NR XX. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji barku o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/- 10 %
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 60 cm) 260 x 200 cm

(pad min. 100 x 120 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 cm)

1 osłona na kończyne 25 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 90: ZADANIE NR XXII. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 91: ZADANIE NR XXIII. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS, posiadających wzmocnienia o minimalnej gramaturze 40 g/m² i odporności na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 165 H₂O? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 92: ZADANIE NR XXIV. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 93: Zadanie I poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12g/m², pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 94: Zadanie II poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski trójwarstwowej, typ II, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 95: Zadanie II poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi ochronnej dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, meltblown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezłateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9 %, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 %, penetracja aerozoli testowych <0,65%. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 96: Zadanie III poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody, jałowej, o rozmiarze 13 cm x 2240 cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 97: Zadanie III poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby osłony na przewody były wyposażone w taśmę lepłą do mocowania o długości min. 18 cm oraz kartonikiem ułatwiającym aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 98: Zadanie VI poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x50 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 99: Zadanie VII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej stokiniety 36,5x72cm, bezłateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze max. 58g/m². Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 100: Zadanie VIII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o

gramaturze: górna warstwa 17 g/m², spodnia warstwa 50 g/m², chłonności min. 1,5 l, w rozmiarze 210x80 cm. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu opatrzonej nazwą produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 101: Zadanie IX poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm.

Servety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 102: Zadanie X poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej nieprzylepnej w rozmiarze 112x145 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 103: Zadanie X poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej nieprzylepnej w rozmiarze 145x193 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 104: Zadanie X poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 105: Zadanie X poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 33x41 cm. Kieszeń posiada dwie sekcje.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 106: Zadanie X poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9x50 cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 107: Zadanie X poz. 8 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej przylepnej w rozmiarze 100 x 100 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 108: Zadanie X poz. 9 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej przylepnej w rozmiarze 190 x 200 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 109: Zadanie XV poz. 1 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwową, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górną 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m². Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 110: Zadanie XVI poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do laparoskopii w składzie:

- 1 x osłona na stół narzędziowy, 140x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem.
- 1 x taśma lepna, 9x50 cm
- 1 x serweta 90x75 cm przylepna
- 1 x serweta do laparoskopii 255x301 cm, z otworem brzuszny 34x38 cm wypełnionym folią operacyjną z oknem ze wzmocnieniem chłonnym 46x62cm wokół, otwór rektalny 15x18 cm z klapą, zintegrowane z serwetą nogawice, 2 zintegrowane dwudzielne torby na narzędzia, 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m², odpornego na penetrację płynów >175 cmH₂O. W obszarze krytycznym niepyłące wzmocnienie chłonne bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw owinięty w serwetę na stół narzędziowy oraz dodatkowo we włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczną aplikację. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierają kod EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 111: Zadanie XVII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn w składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² i wysokiej odporności na penetrację płynów >175 cmH₂O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m² . Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 112: Zadanie XVII poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn w składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50μ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm składana rewersowo
- 1 x osłona na kończynę 38x73+/-2 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem $\varnothing$ 5 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na przenikanie płynów (> 175 cm H₂O). Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 113: Zadanie XVIII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów rektalnych w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

1x serweta na stół Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczywych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzuszny 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, z uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.). Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 43g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H₂O. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 114: Zadanie XIX poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m²) o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 115: Zadanie XXI poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii w składzie:

2	x	serweta	na	stół	narzędziowy	152x190	cm
---	---	---------	----	------	-------------	---------	----

1	x	osłona	na	stół	Mayo	80x142	cm
---	---	--------	----	------	------	--------	----

1	x	osłona	na	kończynę		36,5x72	cm
---	---	--------	----	----------	--	---------	----

2	x	taśma	przylepna			9x50	cm,
---	---	-------	-----------	--	--	------	-----

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającą aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem $\varnothing$ 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m² i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cmH₂O. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 116: Zadanie XXII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL, S/M- długość 115 cm, L- 120 cm, XL- 130-140 cm, XLL- 150 cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 117: Zadanie XXIII poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m². Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL, S/M- długość 115 cm, L- 120 cm, XL- 140 cm, XLL- 150 cm, 2XLL- 160 cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 118: Zadanie XXIV poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgiczny o kolorze niebieskim i zielonym, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 119: Zadanie 7. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę typu stockinet o wymiarze 32x120cm o gramaturze min 95g/m²?

Odpowiedź:

Pytanie 120: Zadanie 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

- | | |
|---|---|
| 1 | osłona na stół MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm |
| 4 | ręcznik chłonny 18x25cm |
| 1 | taśma samoprzylepna 9x49cm |
| 2 | serwety chirurgiczne dwuwarstwowe z taśmą samoprzylepną 90x75cm |
| 1 | serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 175x175cm |
| 1 | serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 240x150cm |
| 1 | serweta na stół [owinięcie zestawu] 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm |

Odpowiedź: TAK

Pytanie 121: Zadanie 11. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

- | | |
|---|--|
| 1 | osłona na stół MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm |
| 1 | serweta chirurgiczna trójwarstwowa 75x90cm |
| 4 | ręcznik chłonny 18x25cm |
| 2 | serwety z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x75cm |
| 1 | taśma samoprzylepna 9x49cm |
| 1 | serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm |
| 1 | serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm |
| 1 | serweta na stół [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm |

Odpowiedź: TAK, pozostałe parametry dot. Rozmiarów padów zgodnie z SIWZ

Pytanie 122: Zadanie 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 2 serweta operacyjna 100x100cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 300x175cm
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: TAK, pozostałe parametry dot. Rozmiarów padów zgodne z SIWZ

Pytanie 123: Zadanie 13. Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra w składzie:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wym. 200x250cm z samoprzylepnym wycięciem „U” [20x100 cm]
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 240x150cm, 2szt.
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 124: Zadanie 14. Czy Zamawiający dopuści zestaw do żyłaków w składzie:

- 2 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 serweta na stolik 100x150cm, warstwa chłonna 75x150cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 1 serweta chirurgiczna trójwarstwowa samoprzylepna o wym. 200x260cm z wycięciem „U” o wym. 20x102cm ze wzmocnieniem [warstwa chłonna o wym. 70x160cm] w strefie krytycznej
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 240x175cm
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 125: Zadanie 15. Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra w składzie:

- 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 wzmocniona serweta na stolik [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm
- 2 serweta z taśmą lepną rozr. 75x75 cm
- 1 osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm
- 2 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 1 serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego 230/300x330cm, torby dyslokacyjne, otwór elastyczny 18x22cm
- 1 wzmocniona serweta na stolik [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 126: Zadanie 16. Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 2 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 50x50cm
- 1 obłożenie chirurgiczne do laparoskopii ginekologicznej 200/260x330cm, zintegrowane z nogawicą, otwór przylepny w kształcie trapezu 25x20 cm, otwór w okolicach kroczu 6x15cm
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 127: Zadanie 17. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w składzie:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 2 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną [folia PE]
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa do zabiegów na kończynach o wym. 200x300cm, posiadająca samouszczelniający otwór [Ø 7 cm]
- 1 serweta na stolik [owinięcie zestawu] 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm

Odpowiedź: TAK, pozostałe parametry dot. Rozmiarów padów zgodne z SIWZ

Pytanie 128: Zadanie 18. Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w składzie:

1.	serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach krocza	150x235	1
2.	serweta chirurgiczna samoprzylepna	50x50	1
3.	serwety chirurgiczne	75x90	2
4.	taśma samoprzylepna	9x49	2
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 129: Zadanie 19. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

1	wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
4	ręcznik chłonny 18x25cm
1	taśma samoprzylepna 9x49cm
1	koczek dziecięcy 90x120cm, biały
1	obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego 175/250x300cm, otwór 38x32 cm wypetniony folią chirurgiczną typu FLEX z wycięciem 18x16cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów 100x80cm ze sztywnikiem, podłączenie ssaka i organizatory przewodów
1	serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 130: Zadanie 20. Czy Zamawiający dopuści zestaw do barku w składzie:

1	wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
4	ręcznik chłonny 18x25cm
1	serweta chirurgiczna trójwarstwowa samoprzylepna o wym. 230x150cm z wycięciem „U” o wym. 7x65cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna o wym. 70x100 cm) w strefie krytycznej
2	taśma samoprzylepna 9x49cm
1	serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 240x175cm
1	serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 131: Zadanie 21. Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana w składzie:

4	ręcznik chłonny 18x25cm
2	taśma samoprzylepna 9x49cm
1	serweta chirurgiczna do zabiegów na obu kończynach o wym. 200x300 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory (Ø 7 cm)
1	wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 132: Zadanie 22. Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne-do procedur standardowych, wykonane z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapinanie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 133: Zadanie 23. Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne ze wstawkami - do długich procedur, wykonane z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapinanie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 134: Zadanie 7. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę typu stockinet o wymiarze 32x120cm o gramaturze min 95g/m²?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 135: Zadanie 1, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany po 150szt. w kartoniku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 136: Zadanie 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany po 120szt. w kartoniku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 137: PROJEKT UMOWY § 2, ust. 7- W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% . Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Leśnictwa

Robert Showronek

