

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.35.D.2020

Sochaczew, dnia 28.07.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.35.D.2020 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie 1, poz. 1-4. Czy w ramach oszczędności, Zamawiający dopuszcza także strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 20 % w stosunku do poj. nominalnej (2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml), co pozwala набrać większą poj. leku tańszą strzykawką, np. nabierając 12 ml można użyć wówczas strzykawki 10 ml z rozszerzeniem zamiast już strzykawki 20 ml, która jest znacznie droższa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Zadanie 1, poz. 1-4. Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 3: Zadanie 1, poz. 1-4. Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w klasie II a?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Zadanie 1, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Zadanie 2, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 6: Zadanie 2, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 7: Zadanie 3, poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp infuzyjnych biała / bursztyn 50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 8: Zadanie 3, poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp biała / bursztyn 50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Zadanie 9, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów posiadającego uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzenie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem. Igła biorecza dwukanałowa posiadająca odpowietrznik z filtrem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Pytanie 10: Dot. Zadanie nr 37. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. nr 1 do osobnego Zadania. Pozwoli to naszej firmie, jako autoryzowanemu dystrybutorowi producenta, złożyć konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 11: Zadanie 44, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie w pasie dla rozm. M 75-110 cm, rozm. L 100-150cm, rozm. XL 130-170cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania 12: Zadanie 44, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku, czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 13: Zadanie 44, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi skierowanych na zewnątrz, co stanowi większe zabezpieczenie przed wyciekami?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 14: Zadanie 44, poz. 2-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 15: Pytania dot. wzoru umowy: Ze względu na § 2 ust. 6 wzoru umowy, czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 16: Zadanie nr 20 pozycja 10. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Zadania nr 20 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 17: Zadanie nr 25 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z pojedynczym wkładem celulozowym, o skuteczności nawilżania 24 mg H₂O przy Vt 500ml i przestrzeni martwej 16 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 18: Zadanie nr 41 pozycja 5. Czy Zamawiający oczekuje wzierników w rozmiarach 2.5mm oraz 4.0mm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wzierników w rozmiarach 2.5mm

Pytanie 19: Zadanie nr 41 pozycja 5. Prosimy o określenie otoskopu, do którego będą stosowane wzierniki?

Odpowiedź: KEELER

Pytanie 20: Zadanie nr 41 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 250 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21: Zadanie nr 41 pozycja 5. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Zadania nr 41 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 22: Zadanie nr 42 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtra elektrostatyczno-mechanicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 23: Zadanie nr 42 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 24: Zadanie 41 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 5 do nowoutworzonego zadania?. Wydzielenie pozycji pozwoli na złożenie oferty przez większą grupę Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 25: Zadanie 1. Czy zamawiający oczekuje dwuczęściowych strzykawek czy 3-częściowych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 26: Zadanie 2, poz. 1. Czy zamawiający dopuści strzykawkę o skali rozszerzonej 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27: Zadanie 2, poz.1. Czy zamawiający oczekuje strzykawek do pomp czy cewnikową?

Odpowiedź: Strzykawka cewnikowa

Pytanie 28: Zadanie 3, poz. 1. Czy zamawiający dopuści skalę 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29: Zadanie 9, poz. 1-3. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania w poz. 1-3 bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 30: Zadanie 9, poz. 1-3. Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 31: Zadanie 20, poz.1. Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 32: Zadanie 20, poz.1. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33: Zadanie 20, poz.2. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34: Zadanie 20, poz.8. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35: Zadanie 21, poz.2,12. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36: Zadanie 27, poz.3. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37: Zadanie 27, poz.3. Czy zamawiający oczekuje koreczki tzw. zwykłej, z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 38: Zadanie 41, poz.3-4. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39: Zadanie 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20 ml pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 2000?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40: Zadanie 2, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny w komplecie z niezintegrowaną igłą pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 2 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 41: Zadanie 2, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny w komplecie z dopakowaną igłą pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 20 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 42: Zadanie 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych o pojemności 50-60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43: Zadanie 9, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kropłową i kroplomierzem 20 kropli=1 ml +/- 0,1 ml, wyposażony w igłę dwudrożną z dwustronnym podcięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 44: Zadanie 9, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z elastyczną komorą kropłową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 45: Zadanie 9, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z elastyczną komorą kropłową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 46: Zadanie 11, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 47: Zadanie 11, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści dren kehra wykonany ze 100% silikonu i długości ramion 450mm x 180mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 48: Zadanie 19, pozycja 1-11. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a które mogą być stosowane w ciele pacjenta przez 7 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 49: Zadanie 19, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nalaton'a które mogą być stosowane w ciele pacjenta przez 60 minut?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 50: Zadanie 19, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna które mogą być stosowane w ciele pacjenta przez 7 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 51: Zadanie 19, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści cewniki Petzera, które mogą być stosowane w ciele pacjenta przez 7 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 52: Zadanie 19, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowy w zakresie rozmiarów CH 4 do CH 8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53: Zadanie 19, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe dostępne tylko w rozmiarach 4,0 i 5,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54: Zadanie 20, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny 15-70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 55: Zadanie 20, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 556 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 56: Zadanie 21, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 14?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57: Zadanie 21, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58: Zadanie 27, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści koreczki jednorazowe pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 100?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59: Zadanie 26, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 60: Zadanie 26, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folie operacyjna w rozmiarze 55cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61: Zadanie 26, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folie operacyjna w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62: Zadanie 26, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folie operacyjna w rozmiarze 28cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 63: Zadanie 26, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folie operacyjna w rozmiarze 40cm x 42cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 64: Zadanie 26, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści wycenę za folie operacyjne w opakowaniu a'1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65: Zadanie 31, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, w nakrętce pojemnika zintegrowane dwa dreny (jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 66: Zadanie 32, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe jednorazowe, których mankiet wykonany jest z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 67: Zadanie 32, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające informacje o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta umieszczoną na korpusie oraz opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 68: Zadanie 34, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości roboczej 85 cm, dostępne w rozmiarze 16, 18 i 20?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 69: Zadanie 41, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię izotermiczną wykonaną z metalicznej folii PET?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 70: Zadanie 43, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o nie znacznej różnicy w grubości minimalnej na palcach $0,10\text{mm} \pm 0,01$, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ i długości rękawicy min 240mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 71: Zadanie 43, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o nie znacznej różnicy w grubości minimalnej na dłoni $0,06 \pm 0,01$, na palcu $0,08 \pm 0,01\text{mm}$ i długości rękawicy min 240mm, w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 72: Zadanie 43, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o nie znacznej różnicy w grubości minimalnej na dłoni $0,06 \pm 0,01$, na palcu $0,08 \pm 0,01\text{mm}$ i długości rękawicy min 240mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 73: Zadanie 43, pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitril, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 74: Zadanie 45, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice niebieskie o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni $0,09\text{mm} \pm 0,02$, niebieskie - w kolorze zbliżonym do koloru z pozycji 1, o długości rękawicy min 290mm, posiadające zewnętrznie teksturę na końcach palców?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 75: Zadanie 45, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej z teksturą na palcach, wewnętrznie chlorowane, bez obustronnej polimeryzacji, grubość na palcu $0,17\text{mm} \pm 0,02$, na dłoni $0,14\text{mm} \pm 0,02$, na mankiecie $0,10\text{mm} \pm 0,02$, AQL 1,5?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 76: Zadanie 45, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice bez powierzchni mikroteksturowanej natomiast teksturowane na końcach palców, bez obustronnej polimeryzacji, chlorowane od wewnętrznej strony, nie znacznej różnicy w grubości minimalnej na dłoni $0,07\text{mm} \pm 0,01$, na palcu $0,10 \pm 0,01\text{mm}$?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 77: Zadanie 38, pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga golarki medycznej o następujących parametrach:- ze specjalnie zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami), karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, - pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę, - z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, - z ostrzem, które można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, - o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 78: Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

lek. Robert Skowronek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.35.D.2020

Sochaczew, dnia 29.07.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.35.D.2020 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz 1 ma na myśli rurki zbrojone z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem w postaci ringów dookoła obwodu rurki. Rozwiązanie takie ułatwia pozycjonowanie rurki.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz 5 ma na myśli rurkę intubacyjną specjalną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko mikroaspiracji. Do tej pory Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 42 ma na myśli Filtr elektrostatyczny z nawilżaczem filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, sterylne, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu minimum 1,2 cm H₂O przy 30 l/min, wydajność nawilżania min. 33 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności min. 6 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, waga 28 g (+/- 2 g) opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. Określenie parametrów minimalnych daje Zamawiającemu pewność, że otrzyma filtr skuteczny pod względem jakości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie **Postępowania jest w formie elektronicznej z dopuszczeniem możliwości składania ofert w formie pisemnej**, zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanym na stronie UZP: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> w dniu 20.03.2020r., o treści: **Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego** W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5: Pakiet nr 43 poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na **dopuszczenie rękawic w rozmiarach S,M,L**; grubości rękawicy na palcach 0,11-0,12 mm, na dłoni 0,07-0,08mm; poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dających gwarancję bezpieczeństwa; zgodne z normami EN455 (1-4), EN ISO 374-1;2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, ASTM F 1671, ASTM D 6978, EN 420; zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EEC w kategorii III; podwójnie zarejestrowane jako wybór medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymagania norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny. Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający wymaga rękawiczek w rozmiarach **S, M, L oraz XL**.

Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenie obejmuje w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowego wykonywanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycje: 2, 3,4): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu PZH?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 13: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: M): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 14: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: L): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 15: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: XL): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 16: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 2): pieluchomajtek dla dzieci o poziomie chłonności co najmniej 330g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 17: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 3): pieluchomajtek dla dzieci o poziomie chłonności co najmniej 460g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 18: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 4): pieluchomajtek dla dzieci o poziomie chłonności co najmniej 530g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 19: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: M): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 20: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: L): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 21: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: XL): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 44; pozycja: 1, rozmiar: XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe określenie zapotrzebowania (zadanie 44, pozycja: 1) na poszczególne rozmiary pieluchomajtek. W obecnej sytuacji jesteśmy zmuszeni zaproponować Państwu cenę za produkt w największym wymaganym rozmiarze (XL), co jest skrajnie dla Państwa nieopłacalne. Różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi rozmiarami wynosi +/-

15%, co w skali 12 miesięcy umożliwi Państwu zaoszczędzenie znacznej kwoty lub otrzymanie większej ilości produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 24: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zasad oceny cech użytkowych dla Zadania nr 44. W jaki sposób będzie przydzielana punktacja? Kiedy produkt otrzyma 0pkt, 1pkt, 2pkt, 3pkt, 4pkt, 5pkt? W jaki sposób produkt będzie oceniany? Jednocześnie pragniemy zauważyć, że parametr taki jak chłonność produktu, badany jest według ścisłych norm przez każdego producenta na terenie Unii Europejskiej. Proponujemy określenie wymaganych poziomów chłonności produktów (pytania 7-12) oraz aby ocena jakości odbywała się na podstawie karty produktowej wystawionej przez producenta, która posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

lek. Robert Skowronek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa