

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.45.D.2020

Sochaczew, dnia 14.09.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych – staplery, nici chirurgiczne dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.45.D.2020, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w zad. nr I w poz. 1 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła wysokość zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm (do wyboru Zamawiającego), pozwalający na zespolenie tkanki do 1,5 mm lub 2,0 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2: Czy Zamawiający w zad. nr I w poz. 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty-zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej, wysokość zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm (do wyboru Zamawiającego), pozwalający na zespolenie tkanki do 1,5 mm lub 2,0 mm. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ


Pytanie 3: Czy Zamawiający w zad. nr I w poz. 3 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar: 21, 24, 26, 29, 32 mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości 4,5 mm - dla rozmiaru 21 mm i 24 mm; 4,8 mm – dla rozmiaru 26 mm i 29 mm; 5,0 mm – dla rozmiaru 32 mm, z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Czy Zamawiający w zad. nr I w poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm lub do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm (do wyboru Zamawiającego). Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5: Czy Zamawiający w zad. nr I w poz. 5 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek



tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5 mm lub do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0 mm (do wyboru Zamawiającego). System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, pakowane po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6: Czy Zamawiający w zad. nr III w poz. 1 dopuści uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości po podłączeniu ładunku 36,5 cm, z możliwością rotacji o 360°, długość linii szycia 60 mm. Pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 7: Czy Zamawiający w zad. nr III w poz. 2 dopuści ładunek artykulacyjny jednorazowego użytku do liniowego endoskopowego staplera tnącego do resekcji, przecinania i zespożeń, z tytanowymi zszywkami o długości 60 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Wysokość zszywek po zamknięciu 1,5 mm; 1,8 mm lub 2,0 mm. Pakowany po 1 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 8: Czy Zamawiający w zad. nr III w poz. 3 dopuści jednorazowe, ładunki liniowe do staplera endoskopowego z technologią trzech różnych wysokości w jednym ładunku, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, podłączane do trzonu staplera, wysokość zamkniętych zszywek 0,75-1,0-1,25 mm lub 1,25-1,5-1,75 mm. Pakowane po 1 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Czy Zamawiający w zad. nr III w poz. 4 dopuści jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny o średnicy 12,0 mm, dł. 110 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 5,0 mm do 12,0 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, posiadający możliwość przymocowania trokara, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insulfację i desulfację. Pakowany po 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10: Czy Zamawiający w zad. nr III w poz. 4 dopuści jednorazową uniwersalną kaniulę optyczną o średnicy 12,0 mm, dł. 110 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 5,0 mm do 12,0 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula umożliwia insulfację i desulfację. Pakowana po 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11: Dotyczy zapisów umowy w §2 pkt 10. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy zobowiązującego Wykonawcę do utworzenia depozytu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego? Wszystkie produkty są możliwe do dostarczenia do Zamawiającego w wymaganym w umowie terminie 72 godzin i nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów związanych z tworzeniem depozytu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 12: Dotyczy Zadania 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5mm do 2,0mm zamiast wymaganej wysokości zszywki 1mm do 2,5mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 13: Dotyczy Zadania 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści materiały medyczne zapakowane w minimalne opakowania handlowe: Zadanie 3 poz. 1 po 3 sztuki; Zadanie 3 poz. 4 i 5 po 6 sztuk; Zadanie 2 poz. 1 i 2 oraz Zadanie 3 poz. 2 i 3 po 12 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w minimalnych opakowaniach, jednak w tabeli cenowej należy wycenić, zgodnie z opisem sztuki.

Pytanie 14: Dotyczy Zadania 1 poz. 2 i 3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia próbek

w tych pozycjach. W pozycjach tych jest zapotrzebowanie po 2 sztuki produktów więc dostarczenie próbek nawet w ilości po 1 sztuce generuje duże koszty a co za tym też idzie zwiększenie cen.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA


mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy


Łukasz Muczyński
specjalista chirurgii ogólnej
28 634 24