



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.49.D.2020

Sochaczew, dnia 17.09.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.49.D.2020 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie 1, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Zadanie 1 poz. 1 - Zamawiający dopuszcza; Zadanie 1 poz. 2 – Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2: Zadanie 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści końcówkę z kateterem do odsysania z filtrem z jedną końcówką zagiętą o długości 23cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Zadanie 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści końcówkę z kateterem do odsysania z filtrem z jedną końcówką plus dodatkowo dwie końcówki pakowane oddzielnie ale wycenione razem jako zestaw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4: Zadanie 5 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości roboczej 85cm, dostępne w rozmiarze 16, 18 i 20?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5: Zadanie 9 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, długość min. 240mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6: Zadanie 9 pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitril, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7: Zadanie 12 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, bez obustronnej polimeryzacji, chlorowane wewnętrznie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Pytanie 8: Zadanie 9, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,09 mm, a dłoni min. 0,07 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, a dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,045 mm. Pakowanie po 100 sztuk, 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Zadanie 10, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5, grubość na palcu min. 0,12 mm, dłoni min. 0,08 mm, mankiecie min. 0,05 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10: Zadanie 11, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5, grubość na palcu min. 0,12 mm, dłoni min. 0,08 mm, mankiecie min. 0,05 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 11: Zadanie 12, poz. 1.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,09 mm, a dłoni min. 0,07 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, a dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,045 mm. Pakowanie po 100 sztuk, 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, a dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,045 mm. Pakowanie po 200 sztuk, 180 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 12: Zadanie 9. Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) grubość na palcu 0,11 – 0,12 mm, w części dłoniowej 0,07 – 0,08 mm;

- b) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;
- c) zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EEC;
- d) zgodne z normami EN 420, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, ASTM F 1671, ASTM D 6978; podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymagania norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13: Zadanie 9. Jednocześnie prosimy o informację czy w związku z obecnie panującą trudną sytuacją na rynku, wywołaną epidemią COVID 19, wyraża Państwo zgodę na dostawę w zakresie Część nr 3 w okresie ok. 1 miesiąca rękawic w kategorii I w miejsce kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671 ASTM D 6978. Diagnostyczna nitylowa dopuszczona do kontaktu z żywnością.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 14: WZÓR UMOWY. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA


mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

